

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 68

26.11.2025

Konu: 4 KALEM TIBBİ SARF MAL MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.12.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dt. Burak YILDIZ
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FERRİK SÜLFAT			15	Adet		
2	LAK 500 ML.			10	Adet		
3	MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT (MTA)İÇERİKLİ KÖK KANAL DOLGU PATİ			20	Adet		
4	MATRİKS VE KAMA SİSTEMİ, METAL BANT, BÖBREK, SET			50	Kutu		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FERRİK SULFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- İdeal bir yapıştırma için sulkular sıvıların kontaminasyonunu önlemelidir.
- Saniyeler içinde kanamayı durdumalıdır.
- İdeal bir ölçü öncesi hazırlık sağlamalıdır.
- % 15.5 femik sülfat içermelidir.
- Raf ömrü 48 ay olmalıdır.
- Ürünün ÜTS bildirimi yapılmalı.

Dt. BARI BULUT
Diyarbakır
40792

Diş Hekimi
Derya KAYA
Diyarbakır
Ağrıgiz

Dr. Mustafa YAMIL
Diyarbakır
Ağrıgiz

LAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanımı hazır olmalıdır, sulandırılmadan kullanabilmelidir.
- Hızlı kurumalı, alçı model yüzeyinde ince film tabakası oluşturmali döküm ve tamir için uygun olmalıdır.
- Alçı ve sudan etkilenmeden ayırma işlemini tam yapmalıdır.
- Akışkan olmalıdır.
- Model yüzeyinde tortu bırakmamalıdır.
- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- Ürün ambalajında üzerinde üretim yeri, üretici firma adı ve logosu, katalog numarası silinmeyecek şekilde yazmalıdır.
- 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
- Aljiinat bazlı bir ayırma solüsyonu olmalı ve kutusunun üzerinde belirtilmelidir. -Numunesi görülecektir.

Lab. Birim Sorumlusu

Rabia UYGÜL




Diş Protez Teknikeri

M. Salih KARABACAK



Diş Protez Teknikeri

Ferda GÜLTEKİN



MTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Endodontik komplikasyonlar için tedavi amacıyla kullanılabilen birkaç mineral oksitten oluşmuş siman olmalıdır.
- 2) İnce hidrofilik partiküllerden oluşmuş olmalıdır.
- 3) Direkt kuafaj patı olarak, vital amputasyon tedavisinde ,kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon tamirinde, kök resorpsiyonlarında, apeksifikasyon vakalarında kullanımı endike olmalıdır.
- 4) Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.
- 5) Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyonunda periradikuler sementum formunun oluşumunu sağlamalıdır.
- 6) Pulpa örtülmesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu desteklemelidir.
- 7) Nem kontrolü yetersiz olduğunda bile endike olmalıdır (örn: kanal perforasyonu için cerrahi işlem), özelliklerini kaybetmemelidir.
- 8) Su ile ilk temasında jel şeklini almalı ve 37 C de 1 saatten az sürede sertleşmelidir.
- 9) Diş renginde (beyaz) olmalıdır.
- 10) Dentin ve kemikten daha iyi radyoopak özellikte, gutta-percha'ya yakın olmalıdır.
- 11) Radyografik incelemeye uygun olmalıdır.
- 12) Bakteri oluşumunun engellenmesi ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği için yüksek oranda alkalik (pH 12) değere sahip olmalıdır.
- 13) Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.
- 14) Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.
- 15) Ürün paketi içerisinde; 7 dozluk (1 gr) MTA , distile su şişesi ve ölçü kaşığı bulunmalıdır.

Dt. Barış BULUT
Dış Hekimi
Dip. Tes. No: 40798

Dt. Mustafa TAMİ
Dış Hekimi
Dip. Tes. No: 56020
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dt. Derya KAYA
Dış Hekimi
Dip. Tes. No: 62372
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

1. ANATOMİK ŞEKLİ PARÇA (BÖBREK) MATRİKS.

1. Küçük, Orta ve Büyük olmak üzere paketlerde olmalıdır.
2. İçerisinde standart ring ve delta ring bulunmalıdır. ,
3. Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
4. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

Dt. Mustafa YARCI
Dış Hekimi
Dip. Tes. No: 40798

Dt. Barış BULUT
Dış Hekimi
Dip. Tes. No: 40798

Dış Hekimi
Deniz KAYA
Dip. Tes. No: 40798
Ağrı