

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.12.2025

Sayı: 949

Konu: SOĞUTMA PEDİ YETİŞKİN

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.12.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SOĞUTMA PEDİ EKSTERNAL YETİŞKİN			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ISI TRANSFER PEDLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Pedler hastanemizde kullanılan Artricsun 5000 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Pedler, içerisinde dolaştırılan su vasıtasıyla hastanın vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlamalıdır.
3. Pedler, hidrojel tabakası sayesinde hastanın vücuduna yapışarak tam temas sağlamalıdır.
4. Pedler, kazayla delindiğinde veya kesildiğinde dahi , negatif basınç prensibiyle çalışmasından dolayı su sızdırmamalıdır.
5. Pedler, radyolüsent olup, gerektiğinde hastanın üzerinden çıkartılmadan, hastanın MR,CT ve X- Ray ile görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.
6. Pedler, gerektiğinde hastaya defibrilatörle müdahale edilmesine engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Pedler, mükerrer kere hastaya yapıştırılıp çıkarılsa dahi en az 5 gün efektif olarak ısı transferi yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Pedler, tek hasta kullanımlık ve non-steril olmalıdır.
9. Pedler, latex-free olmalıdır.
10. Pedler, farklı kilolarda hastalara uygulanabilmesi için small ve large ebatlarında olmalıdır.
11. Kontrol ünitesine bağlanarak hastanın soğutulmasını sağlayan pedler, hastanın vücudunun % 40' ından fazlasını kaplamamalıdır.

Salim Özer

Hasan Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm Dr. Mustafa Turhan
Yoğun Bakım Uzmanı
Diploma Tescil No: 127413

**DİSPOSABLE YETİŞKİN 9FR REKTAL-ÖZOFAGUAL ISI PROBU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Prob bölümde kullanılan cihazlar ile uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
2. Prob orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Prob tek kullanımlık olmalıdır.
4. Prob yıpranmaya ve kırılmalara karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Prob uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
6. Prob pediatrik ve yetişkin hastalara uygun olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi sterilizasyon yöntemleri paket ambalajında olmalıdır.

Sahin Ozkan

Jensel Yilmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Turhan
Yoğun Bakım Uzmanı
Diploma Tescil No: 127413