



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-296911108
Konu : Teklife Davet

04.12.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN 1 ADET HEGAR BUJİ SETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **11.12.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEGAR BUJİ SETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: FCCD947C-F777-4595-9210-0AD141546387

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



Teknik Şartname

CERRAHI EL ALETLERİ TEKNİK SARTNAMESİ

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1-Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.
- 2-Paslanmaz Çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 3- Kullanım sırasında eğilme ve deformasyonlar gelişmemelidir.
- 4-Kullanılan paslanmaz çeliğin birleşimindeki elementler standart özelliğinde olmalı ve bu standart üretici firma tarafından belgelendirilmelidir.
- 5-Aletlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Aletler her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmayacak yapıda olup standartlarda belirtilen korozyon testine uyumlu olmalıdır.
- 6-Korozyona, paslanmaya ve üretim hatalarına karşı üretici tarafından 2 yıl garantili olmalıdır. Aletlerin 134 C derecede otoklavda steril edilmelidir. Ve bu özellikler belgelendirilmelidir.
- 7- Aletler tekli geri dönüşümlü orijinal ambalajında olmalı ve ambalaj üzerinde firma ismi olmalıdır. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve barkot numarası etiketinde yer almalıdır.
- 8- Ürün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.
- 9-Cerrahi aletlerin üzerinde asgari olarak üretici fabrikanın adı veya logosu, aletin katalog urarısı,CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edilenlerin üzerinde "stainless" ibaresi silinmeyecek ,ekilde lazer damlama yöntemi ile yazılı olacaktır.
- 10- Ambalajların kapanış kısımlarında üretici firma tarafından yapıştırılmış üzerinde firma logosu, firma ismi, lot numarası, ürün kodu, ürün ismini belirten barkot bulunmalıdır.
- 11- Aletlerin üzerinde teslim edilen kurum isminin baş harfleri silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Her numune kurumda otoklavda steril edilecek, dezenfeksiyondan paslanmaz olup olmadığı kontrol edilecektir.
- 12- Numune üzerinde görülebilen değerlendirilecektir.

B. Servikal Dilatatör (Buji) Seti Teknik Özellikleri

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Fatma Arzu Koduğlu
[Signature]

Ebru Yılmaz
[Signature]

Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt
Devlet Hastanesi
Op.Dr. Kübra ÖZPİLAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Diy.Tıp.No: 178357

2. Uçları atraumatik, yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Numara aralığı 4 numaradan 10 numaraya kadartüm numaraları içermelidir.
4. Her buji üzerinden numaralar net olarak işaretlenmiş olmalıdır.
5. Tekrar kullanılabilir ve otoklavda sterilize edilebilir olmalıdır.
6. Taşıma ve saklama kutusu ile birlikte teslim edilmelidir.

C. Genel Hükümler

7. Tüm ürünler TSE, CE veya FDA onaylı olmalıdır.
8. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
9. Satıcı firma, cihazın kurulumu ve kullanıcı eğitimini ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

Sıra No	Malzeme Adı	Adet Sayısı
1	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:1)	1
2	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:2)	1
3	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:3)	1
4	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:4)	1
5	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:5)	1
6	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:7)	1
7	SERVİKAL DİLATATÖR (HEGAR BUJİ SETİ NO:9)	1

Fatma Durgun Kadir
[Signature]

Elvan M. M. M.
[Signature]

Dr. Yeşar Eryılmaz Doğum Hastanesi
Devlet Hastanesi
Op. Dr. Kübra ERYILMAZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 178357