

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.12.2025

Sayı: 559

Konu: SMEAR TAŞIMA KABI VE FIRÇASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.12.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SMEAR TAŞIMA KABI			1000	Adet		
2	SMEAR ÇUBUĞU (FIRÇASI) STERİL			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

STERİL SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orijinal ambalajda steril olmalıdır.
2. Toxic madde içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Smear fırçasının uzunluğu yaklaşık 20-25cm olmalıdır.
5. Fırça kıl dizilimi rimel tipinde olmalıdır.
6. Fırçanın uç kısmında travma olmayı engelleyen minik topuz olmalıdır.
7. Fırçanın sap ve kıllı bölümü esnek olmalıdır.
8. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır
9. Uygulamada maksimum kültür alması için temas uçları ortada en uzun, kenarlarına doğru simetrik olarak iki yönlü kısalan fırça şeklinde 2 adet kıl bölümleri olmalıdır

SMEAR KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 Bölmeli Olmalıdır.
2. Beyaz renkte olmalıdır
3. Standart lam ölçülerinde olmalıdır
4. Kolay kilitleme ve açılabilir kapak Olmalıdır
5. Güvenli ve hijyenik şekilde sızdırmadan taşınma Yapılabilmelidir.
6. Kapak kilitleme sistem güvenli olmalıdır
7. 2 Adet lam taşıyabilir olmalıdır.

İla
Decon SARI
100

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Selin ER
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tescil:180361