

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.12.2025

Sayı: 969

Konu: AMBU SETİ TEK VE ÇOK KULLANIMLIK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.12.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN			150	Adet		
2	AMBU SET REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) SİLİKON YETİŞKİN			150	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YETİŞKİN AMBU SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Acil durumlarda hasta naklinde ve anestezi cihazlarında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Normal haldeyken hacmi 500 ml olacaktır.
3. Bir elle sıkmadaki verdiği hacim 800 ml, iki elle sıkmadaki hacim 1350ml olmalıdır.
4. Pop-off valfi 40cmH2O olmalıdır.
5. Oksijen rezarvuar hacmi 2500ml olmalıdır.
6. Solunum u olmayan ya da yetersiz olan hastaların solunum ihtiyacını karşılayabilmelidir.
7. Cihaz, erişkin hastalarda kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
8. Set ile birlikte bir adet No:4 veya 5 şeffaf maske verilecektir.
9. Ambu setinin balon kısmı şeffaf sliikondan yapılmış ve çok kullanımlık tipte olmalıdır.
10. LO. Ambu setinin solunum valfi şeffaf yapıda olmalı ve valf hareketi dışarıdan görülebilmelidir.
11. Tek el ile kullanılabilir yapıda olacaktır.
12. Eşit olarak hava verecektir.
13. Transperan ve sliikondan yapılmış olacaktır. Yüzeyindeki küçük pürtükler kolay kullanım sağlamalıdır.
14. Yüksek basınç gerektiğinde arttırılabilecektir. 40cm H2O basınç limit valfi dizayn edilmiş olmalıdır.
15. Bir valfkepengi ile dizayn edilmeli, konsrüksüyon valfaracılığı ile düşük insprasyon ve eksprasyon basıncı sağlamalıdır. Ambu peep valf konnektör kullanmadan monte edilebilmelidir.
16. % 100 oksijenli hava üfleyebilecek rezarvuar sistemi birleştirilmiş valfile kontrol edilecektir. Rezarvuar spontan solunumu belirleyebilmelidir.

GENEL BİLGİLER

1. Oksijen rezarvuarı dışında kalan bütün parçaları 34 de otoklavlanabilmelidir.
2. Temizlenmesi ve dezenfekte yapılması kolay olmalıdır.
3. Ambu ISO standartlarına uygun olmalıdır.
4. PVC malzemeden imal edilmiş özel taşıma çantası olmalıdır.
5. Ürün mutlaka UBB ve UTS kayıtlı olup sağlık bakanlığından onaylı olmalıdır.
6. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.
7. Bir adet numune gönderilmelidir.

M. Enes
Günay
Gf

Ayşin
KARAOĞLU
OK

SMT3887 AMBU SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Solunum fonksiyonunu bir şekilde tamamen kaybetmiş ya da yeterince nefes alamayan hastalara pozitif basınçlı ventilasyon sağlamak amacı ile tasarlanmış medikal el cihazı şeklinde olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün yaş gruplarına göre yetişkin, pediatrik ve yenidoğantipleri olmalı ve butiplerin tek kullanımlık PVC ve/veya çok kullanımlık silikondan üretilmiş ürünçeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	YETİŞKİN TİP: 3. Ambu balonu PVC veya silikon malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Ürün esnek ve eski haline en kısa sürede dönebilecek yapıda olmalıdır. 5. Silikonambu balonuna sahip ürünler çift torbalı yapıda imal edilmiş olmalı ve/veya pop-off valfine sahip olmalıdır. 6. Ambu balonu ile birlikte (PVC ve silikon):1(bir) adet kancalı şişirilebilen şeffaf ambu maskesi, iki adet air-way ve oksijen bağlantı hortumu set içinde bulunmalıdır. 7. Tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. 8. Balon hacmi 1300 ile 1500ml, oksijen rezervuar hacmi ise 1200 ile 2500ml arasında olmalıdır. 9. PVC ambu üzerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan "pop-off valf" bulunmalı, silikon olan türlerde bu valf görevini çift torba yapabilmeli ya da pop-off valfine sahip olmalıdır. 10. Basınç ayarı max 60(±10)cm H ₂ O olmalı, valf üzerinde max basınç ayarlama seviyesi yazılı olmalıdır. 11. Ambunun alt kısmında oksijen bağlantı girişi bulunmalıdır. 12. Maske bağlantı konnektörü, ambunun her yöne rahatlıkla dönebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır. 13. Ambu maskesi sekresyonun görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır. 14. Ambu balonu, konnektörü ve valf içerisinde toz-partikül olmamalı yüzeyi temiz olmalıdır. 15. Bir adet numune gönderilmelidir.

Öğretmen

M.Emre Güngör