

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.12.2025

Sayı: 977

Konu: ELEKTROT TUTMA KEMERİ ALIMI

Hastanemizi ihtiyacı olan ve aşağıdadakisi, miktar ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alımı için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.12.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma@04@gmail.com](mailto:04@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG SİNYALİZASYON KEMERİ YETŞKİN			8	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YETİŞKİN ELEKTROT TUTMA KEMERİ ŞARTNAMESİ

1. Ürün EKG çekime uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün üts kaydı olmalıdır.
3. Her marka EKG cihazına uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Kemer üzerinde V1,V2,V3,V4,V5,V6 derivasyon noktaları için EKG kablo giriş elektrodları giriş soketleri olmalıdır.
5. Kabloların sokete sağlıklı bir şekilde tutunabilmesi için vidalama sistemi olmalıdır.
6. Kemer üzerindeki elektrotlar iletkenliği yüksek olmalı, insan vücuduna alerji yapmayan nitelikte olmalıdır.
7. Elektrotlar hijyen ve yüksek iletkenlik için en az 2 micron kalınlıkta gümüş ile kaplanmış olmalıdır.
8. Kemer üzerindeki elektrotlar hasta EKG dalgalarını direk EKG kablosu aracılığı ile başka
9. herhangi bir elektronik karta ya da çipe iletmeden direk cihaza aktarmalıdır. Bu sayede daha verimli dalga hareketleri ile doğru çekim yapılmalıdır.
10. Kemer esnek olmalı bu sayede hasta fiziksel boyutlarına göre genişletilebilmelidir.
11. Kemer yapısı kemeri asmaya imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
12. Kemer hammaddesi insan vücudunda alerjik reaksiyon yapmayan esneyebilen silikon olmalıdır.
13. Kemer boyutları sabitken en az 70 cm, esnetildiği zaman en az 80 cm olmalıdır.
14. Kemer 20 kg ile 130 kg arasında bulunan hastalarda kullanılabilir olmalıdır.
15. Ürün kalite standartlarına uygun nitelikte üretilmiş olmalıdır.
16. Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
17. -Ürün ISO 9001 ve ISO 13485 Sertifikasına sahip olmalıdır.

Rıfat DURDUK
Bozmedikal Sanatları

[Signature]

[Signature]
Bozmedikal Sanatları