



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-298211140
Konu : Teklife Davet

16.12.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ AHMET CENGİZ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19/12/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIR A NO	SUT KODU	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	102230	TOROKOLOMBER ,PSTERIOR ROD ,TİTANYUM ,RİGİD (0-35 CM)	ADET	2		
2	102310	TORAKOLOMBER POSTERIOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖR TİTANYUM ,AÇILANDIRILABİLİR	ADET	2		
3	102150	TORAKOLOMBER POSTERIOR POLİAKSİYEL VİDA ,TİTANYUM ,SPONDİLOLİSTEZİS VİDASI ,PEDİATRİK /YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)	ADET	10		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):						

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OP.DR.CAN ADIYAMAN
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: BFD301AC-6068-43D7-8762-EA428AE60DB8

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



**TORAKALOMBER POSTERİOR STABİLİZASYON SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT KODLARI)**

**VİDALAR 102.135 KANÜLLÜ VİDA 102.140 LİSTHESİZ VİDA:102.150 ROD:102.230
TRANSVER CONNECTOR:102.300-102.310
PEDİKÜL HOOK:102.165 LAMİNAR HOOK:102.160**

- 1-Teklif edilecek ürün aşağıdaki maddeleri eksiksiz olarak karşılamak zorundadır. Bu sistem, beyin cerrahisi posterior spinal uygulamalarına kapsamlı olarak cevap vermek zorundadır.
- 2-Sistem uygun alışımda titanyumdan (TiA6V4) imal edilmiş olmalı ve MR Uyumlu olmalıdır.
- 3-Vidalar kendinden yiv açan olmalıdır.
- 4-Tanımlanan vidalar poliaksiyal veya monoaksiyal olarak isimlendirilebilir. Poliaksiyel vidaların tüm yönler 45+ /-15 derece açılanabilme özelliği olmalıdır.
- 5-Vidalar konik ve kemik tutumunu arttırmak için uç kısmı spongios, baş kısmına yakın bölgesi kortikal yivli özellik göstermelidir , faydalı model belgesi olmalıdır.
- 6-Vidalar monoaksiyal, poliaksiyal, sakroiliyak ve kanüllü olmalıdır.
- 7-Vida rod tespitini güvenli bir şekilde sağlayacak kapatma vidası mekanizmasına sahip olmalıdır. Kapatma vidası derin dişli olmalıdır. Kapatma vidası tamamen sıkıldığında vida başı durumunu korumalıdır. Böylece vida rod bağlantısında zaman içerisinde oluşabilecek gevşemelerin önüne geçebilmelidir. Rod bağlantısında gevşemeye sebep olacak açılma olmaması için içten ve dıştan sıkımalı ayrıca kilitleme kapağında rod kanalı olmalıdır, faydalı model belgesi olmalıdır ayrıca setskur olmalıdır.
- 8-Vidalar low profil olmalı deri irritasyonu azaltmak için vidaların kemik üzerinde kalan yüksekliği 15mm' den fazla olmamalıdır.
- 9-Vida başlarında vidayı çekirtmeye yarayacak rocker kanalı olmalıdır.
- 10-Sistem trokal, lomber vertebra basit kırığı, trokal veya lomber kifoz, trokal gibbus, torakal torakolomber, lomber skolyoz, lomber rotasyonel deformite, spinal stenoz, dejeneratif spondiloz, osteoporotik spinal cerrahi girişimlere cevap verebilecek nitelikleri taşımalıdır.
- 11-Sette ofset hook pedicle hook .laminar hooklar olmalıdır.
- 12-Sette 20-60 mm arası vida boyları olmalıdır.
- 13-Vida kalınlıkları 4,5-8,5 mm arasında olmalıdır.
- 14-Uzun başlıklı, tepesi kırılabilen spondilo vidalar sette bulunmalıdır.

- 15-Transvers bağlantı kolaylıkla takılabilir, boyu kolaylıkla ayarlanabilir rıgıd ve açılabilir olmalıdır.
- 16-Rodlar rıgıt ve dinamik olmalıdır.
- 17-Rodlar 45-450mm arasında deęiřen uzunluklarda 6mm apında olmalıdır. Rod uları ameliyat esnasında rotasyonu saęlamak amacıyla hegzagonal olmalıdır ve uygun manplasyonu saęlayacak aletler olmalıdır. Rod yzeyi kaymayı nleyecek řekilde dizayn edilmiř ve izgili olmalıdır.
- 18-Korteks delicinin vida aplarına uygun 2mm ve 3mm aplarında 2,5cm de stoplu (pediklerkorteksi geecek řekilde) olmalıdır.
- 19-Uygulama kolaylıęı saęlaması iin rockerlar olmalıdır.
- 20-akma ıkarma seti eskizsiz ve implantlarla aynı marka olmalıdır.
- 21-Rod bastırıcı olmalıdır.
- 22-Hasta takibi ve rn gvenilirlięini saęlamak amacı ile malzemeler zerinde lot numarası, retici firma ismi veya logosu, rne ait boyutsal zellikler yer alacaktır.
- 23-Firmamız 10(on) yıl sre ile revizyon amalı olarak demo setlerini getirebileceęini belirten bir taahhtnameyi ihale komisyonuna sunmalıdır.
- 24-Her malzemeye ait katalog ve biyomekanik testleri istenecektir.
- 25-Acil durumlarda en ge 1 saat iinde getirilebilir.
- 26-Set kullanılırken firma vida demo seti ile vida ve rodların tm ebatlarını getirecektir.
- 27-rnn SGK ve TTUBB kaydı tamamlanmıř olmalıdır.
- 28-Firma il saęlık mdrlę tarafından tıbbi cihaz satıř merkezi olarak yetkilendirilmiř (Ruhsat) ve klinik destek veya satıř tanıtım belgesi bulunmalıdır.

Dr.Yařar Enaymar Doęubayazit
Devlet Hastane
Op.Dr.Hařar Enaymar OZDEDELI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Diy.Tes.No: 204815

