

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.12.2025

Sayı: 338

Konu: KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıdadakinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alımı için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.12.2025 saat: 11:00 'akadara satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ NO:11 10 CM			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

1. Set gama sterilizasyon ile steril edilmiş ve tek kullanımlık şekilde tasarlanmış olmalıdır
2. İğne uç yapısı güvenli kolay ve hızlı penetrasyona olanak sağlaması için trokar uçlu ve mandreli olmalıdır
3. İğne ile birlikte set içinde birer adet yakalama aparatı, adaptör ve luer kapak olmalıdır
4. İğnenin arka ucu 5cc, 10cc ve 20cc enjektörlere ve luer-lock uçlara uygun olmalıdır
5. İğne boyutları 10cm, 15cm, 11G olmalıdır
6. Doğru ve tam bir örnek için kanül ucu yeteri keskinlikte olmalıdır
7. İğne tutamağı güvenli bir işlem için kilitlenebilir ve ergonomik olmalıdır
8. İğne, kanül ve yakalama aparatı yüksek performanslı çelikten olmalıdır
9. Deneme amaçlı 2(iki) adet kemik iliği biyopsi iğnesi gönderilmelidir.
10. Alım sonrasında kırılmış, eğilmiş veya hatalı setler, firma tarafından değiştirilmelidir.

Kemoterapi
Bilin sorumlu
Nergiz Gecik

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Emre AKSU
Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı
Dile No: 180300