

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.12.2025

Sayı:

1010

Konu: YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YABANCI CİSİM ÇIKARMA FORSEPSİ TRİPOD DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			2	Adet		
2	YABANCI CİSİM ÇIKARMA FORSEPSİ TETRAPOD DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			2	Adet		
3	YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ TİMSAH AĞIZLI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfı ile veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedİ) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1813 FORSEPS KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA

SMT Temel İşlevi:	1. Gastrointestinal sistemindeki (GİS) yabancı cisimleri çıkarmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Forseps uzunluğu 150-250 cm arasında olmalı, ebatlar hastanenin ihtiyacına göre temin edilebilmelidir. 3. Forseps kalınlığı 2-3,2 mm'lik endoskop kanallarında rahatlıkla geçebilecek özellikte, muhtelif ölçülerde, tutamak kısmı plastik veya metal olup tek elle kullanılabilecek özellikte olmalıdır. 4. Timsah ağızlı, Fare Dişli, Fare Dişli ve Timsah ağızlı, Tripod, Tetrapod ve V şekilli olmak üzere çeşitli formları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Timsah ağızlı forsepslerde; Forseps ağız açıklığı 2-15 mm arasında açılmalı ve timsah ağızlı tipte olmalıdır. Yaysız veya yaylı mekanizmaya sahip olmalıdır. Döndürülebilir özellikte olmalıdır. 6. Fare dişli forsepslerde; Forseps ağız açıklığı 2-15 mm arasında açılmalı ve fare dişli olmalıdır. Yaysız veya yaylı mekanizmaya sahip olmalıdır. Tercihe göre döndürülebilir veya döndürülemez özellikte olmalıdır. 7. Fare dişli ve timsah ağızlı özelliklerin birlikte olduğu forsepslerde; Forseps ağız açıklığı 2-15 mm arasında açılmalıdır. Kapakçıkların alt kısmında sağda ve solda olmak üzere 3'er adet diş olmalı, kapakçıkların üst kısmında ise iç içe geçen fare diş yapısında tutacak olmalıdır. Yaysız veya yaylı mekanizmaya sahip olmalıdır. Tercihe göre döndürülebilir veya döndürülemez özellikte olmalıdır. 8. Tripod forsepslerde; Tel yapısı, uç kısımlar içe dönük ve atravmatik yapıda olmalıdır. Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri ve polipleri rahat bir şekilde yakalayabilmesi için 3 telli şekilde olmalıdır. Yabancı cisim çıkarma işleminde tutuşu daha da güçlendirmek için tellerin yapısı asimetrik olmalıdır

Hemşire
Dilek Sert
Dut


Hemşire
Ayşegül ÖZ
Aur

Genel Hastane Sorumlusu
Endoskopi Sorumlusu
Cemal

SMT1813 FORSEPS KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA

Teknik Özellikleri:	9. Tetrapod forsepslerde; Tel yapısı, uç kısımlar içe dönük ve atravmatik yapıda olmalıdır. Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri ve polipleri rahat bir şekilde yakalayabilmesi için 4 telli şekilde olmalıdır. Yabancı cisim çıkarma işleminde tutuşu daha da güçlendirmek için tellerin yapısı asimetrik olmalıdır. 10. V şekilli forsepsler; ince ve düz şekilli nesneleri yakalamak için tasarlanmış olmalıdır. Fare dişli olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Hemşire
Dilşah SECT


Hemşire
Aysegül ÖZ


Enayirhan Sötekoğlu
Endoskopi Sorumlusu
