

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.12.2025

Sayı: **1016**
Konu: SKLEROTERAPİ İĞNESİ KOLONOSKOPIK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SKLEROTERAPİ İĞNESİ KOLONOSKOPIK			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1798 ENDOSKOPIK SKLEROTERAPİ İĞNELERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Endoskopik skleroterapi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kateter 230cm uzunluğunda 2,3 lük endoskop kanalından rahatlıkla geçebilecek çapta olmalıdır. 3. Gastroskopik kateterin uzunluğu en az 160 cm, kolonoskopik kateterin uzunluğu en az 230 cm, enteroskopik kateterin uzunluğu en az 270 cm olmalıdır. 4. Distal uçtaki iğne 22 gauge çaplarında ve 3-8 mm uzunluğunda olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Kateterin distal ucu metalik malzeme ile kaplı olmalı ve iğne açıldığı zaman kateterin dış kılıfı yırtmasını engelleyecek ve iğnenin düzgün şekilde çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır ya da tapered atravmatik uç ve sabitleyici iç disk sayesinde dış kılıf yırtılmasını engellemeli ve iğnenin düzgün çıkmasını sağlamalıdır. 6. İğnenin kontrollü çıkışını sağlayan handle ve adaptör sistemi bulunmalıdır. 7. Kateterin gövdesi bükülme ve kırılmalara karşı dirençli olmalıdır. 8. İğne endoskop kıvrık pozisyonda iken de rahatlıkla çalışma kanalından ve kendi kanalından çıkabilmelidir. 9. Enjeksiyon kanalı handle üzerinde ve kolayca enjeksiyonu sağlayacak şekilde olmalıdır.
Genel Hükümler:	10. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 12. Bir adet numune gönderilmelidir.

Hemşire
Dilsun SERT
A

Hemşire
Ayşe D. Öt
A