

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.12.2025

Sayı: **1013**
Konu: KUSMUK POŞETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA KUSMUK POŞETİ			6000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT3914 KUSMUK POŞETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların istifra durumlarında kötü kokuyu, sıvıyı içine hapsedmek ve hastanın aldığı-çıkarıldığı takibini yapmak amacıyla medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün valfli veya jel petli çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürünün poşet hacmi minimum 400 ml olmalıdır. 4. Ürün mide ifrazını sızdırmamalı ve kötü kokuyu absorbe etmelidir. 5. Ürünün Emici pedli tipleri; a) Ürünün içerisinde ped olmalı ve ped sıvıları tamamen jele dönüştürebilmelidir. b) Ped sıvıyı emdikten sonra tek parça halinde kalmamalı ve dağılarak poşet içerisinde jel homojen olmalıdır. c) Ürün üzerinde birleşik halde bağcıkları olmalı ve bağcıklar çekildiğinde poşet büzülerek kapanmalıdır. 6. Ürünün Valfli tipleri; a) Ürünün kusmuğu geri akıtmaması için valf sistemi özelliğine sahip olmalıdır. b) Ürünün karton kısmı hastanın ağzını çevreleyecek şekilde olmalı ve mide ifrazının boşaltılmasına kolaylık sağlamalıdır. c) Ürünün poşet kısmı karton kısmına sağlam yapıştırılmış olmalı, poşet kısmı karton kısmından ayrılmamalı ve poşet yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. d) Ürünün içi doluyken karton kolay kapanmalı ve karton sıvı geçirmez olmalıdır. e) Ürünün poşet kısmı, kusmuk içeriğinin hacmini ve içerikte herhangi bir kanama olup olmadığını gösterecek şekilde şeffaf yapıda olmalıdır. f) Ürünün poşeti üzerinde ml cinsinden seviye göstergesi yer almalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürünün ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket baskı şeklinde olmalıdır. 8. BİR ADET NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.

Salman İZPEKİ
10.05.2023