

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.12.2025

Sayı: 1026  
Konu: NAZAL TAMPON ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.01.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı          | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|----------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1    | NAZAL TAMPON, TÜPSÜZ |          |     | 150    | Adet   |              |              |
|      |                      |          |     |        |        | Genel Toplam |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SMT1576-NAZAL TAMPON

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMT Temel İşlevi:</b>               | 1. Ürün nazal uygulamalarda tamponad ve hemostaza yardımcı olmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b> | 2. Ürünün havayolu ve havayolsuz türleri olmalıdır.<br>3. Ürünler tıbbi PVA (Polivinil Alkol) imal edilmiş olmalıdır.<br>4. Ürün uzunluğu 7cm-10cm aralığında olmalıdır.<br>5. Ürünün hidrate halinde kalınlığı 1,5cm, eni 2,5 ( $\pm 0.5$ ) cm; kuru halinde kalınlığı en fazla 2mm, eni 15mm olmalıdır.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Teknik Özellikleri:</b>             | 6. Ürün %100 sentetik materyalden imal edilmiş olmalıdır.<br>7. Ürün ipli olmalıdır.<br>8. Ürün bakteri tutumunu azaltacak özellikte olmalıdır<br>9. Ürünün yapısında lif bulunmamalıdır<br>10. Ürün sıvı absorbe ettikten sonra nazal pasajı doldurarak, yeterli fiziksel baskı ve hemostazı sağlayacak nitelikte olmalıdır.<br>11. Ürünün kullanımı sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda yayılım özelliği gösterebilmelidir.<br>12. Ürün biouyumlu ve atravmatik olmalıdır. |
| <b>Genel Hükümler:</b>                 | 13. Ürün gün ışığından etkilenmeyecek özel jelatin içerisinde tek olup, çift katlı steril paketlerde olmalıdır.<br>14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.<br>15. 1 ADET NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm.Dr. A. Turgay SÜZEN  
KBB Uzmanı  
Dip. Tes. No:37222-31513

Op.Dr. Hatice YILMAZÇOBAN  
KBB Uzmanı  
Dip. Tes. No:177753  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi