



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-299527256
Konu : Teklife Davet

29.12.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM YEŞİL ÖRTÜ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06.01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AMELİYATHANE YEŞİL ÖRTÜ	ADET	20		
2	AELİYATHANE BÜYÜK DELİKLİ ÖRTÜ	ADET	20		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D6A12492-F400-43EA-BC88-340DFBFA818D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE BÜYÜK DELİKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kumaş %100 pamuk olmalıdır

2- Kumaş yeşil renkli olmalıdır

3- Sık dokuma en az 50 düğüm olmalıdır

4- Kumaşın eni 1.50 cm Boyu 1,80 cm olmalıdır. kenarlar hariç ölçülecektir.Tam ortasında boyu 15 cm eni 12 cm çaplı yuvarlak delik olmalıdır..

5- Kumaş kolay yırtılmamalı, dayanıklı olmalıdır

6- Ph değeri 5-8 değerleri arasında olmalıdır.

7- Kumaş anstatik olmalıdır

8- İndentran boyalı olmalıdır

9- Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır. Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

10- Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.

11- Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %2 den fazla olmamalıdır.

12- 134 derecede otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.

13- Basınçlı buhar altında (134 derece otoklav) çekmemelidir.

14- Yıkama esnasında 1/3 sulandırılmış saf çamaşır suyundan etkilenmemelidir.

15- Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

16- Örtülerin kenarları düzgün olmalı iplik vs. dikiş artıkları bulunmamalıdır.

17 -Satışı üstlenen firma satıştan kaynaklanan bir sorun halinde kurumun mağduriyetini gidermekle yükümlüdür.

18-En az (1) Adet numune teslim edilmelidir.

Benzer Akkel
Ras

Fatma Acar
far

Fatma Bayguz Nedroglu
DU

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE YEŞİL ÖRTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kumaş %100 pamuk olmalıdır

2- Kumaş yeşil renkli olmalıdır

3- Sık dokuma en az 50 düğüm olmalıdır

4- Kumaşın eni 1.80cm Boyu 2,10 cm olmalı ve kenarlar hariç ölçülecektir.

5- Kumaş kolay yırtılmamalı, dayanıklı olmalıdır

6- Ph değeri 5-8 değerleri arasında olmalıdır.

7- Kumaş anstatik olmalıdır

8- İndentran boyalı olmalıdır

9- Kumaş ısı ve su buharım geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır.

Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

10- Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.

11- Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %2 den fazla olmamalıdır.

12- 134 derecede otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.

13- Basıncılı buhar altında (134 derece otoklav) çekmemelidir.

14- Yıkama esnasında 1/3 sulandırılmış saf çamaşır suyundan etkilenmemelidir.

15- Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

16- Örtülerin kenarları düzgün olmalı iplik vs. dikiş artıkları bulunmamalıdır.

17 -Satışı üstlenen firma satıştan kaynaklanan bir sorun halinde kurumun mağduriyetini gidermekle yükümlüdür.

18-En az (1) Adet numune teslim edilmelidir.

Serhan Akkol


Fatma Acar


Fatma Düzgün Keliçli
