

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.12.2025

Sayı: 1030

Konu: ÇOCUK PULSEOKSİMETRE CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI PEDİATRİK PARMAK STANDART TAŞINABİLİR			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ÇOCUK PULSE OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler

- 1.1. Cihaz pediatrik hastalarda (yenidoğan, infant ve çocuk) kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 1.2. Non-invaziv olarak oksijen satürasyonu (SpO₂) ve nabız ölçümü yapabilmelidir.
- 1.3. Taşınabilir ve hafif yapıda olmalıdır.
- 1.4. Kullanımı kolay, hızlı ölçüm yapabilen ve klinik ortamda pratik kullanım sağlamalıdır.

2. Ölçüm Özellikleri

- 2.1. SpO₂ ölçüm aralığı en az %70 – %100 arasında olmalıdır.
- 2.2. SpO₂ ölçüm doğruluğu ± 2 veya daha iyi olmalıdır.
- 2.3. Nabız ölçüm aralığı en az 30 – 250 atım/dakika arasında olmalıdır.
- 2.4. Nabız ölçüm doğruluğu ± 3 atım/dakika veya daha iyi olmalıdır.

3. Ekran ve Alarm Özellikleri

- 3.1. Cihazda okunaklı, aydınlatmalı dijital ekran bulunmalıdır.
- 3.2. SpO₂ ve nabız değerleri ekranda eş zamanlı olarak görüntülenmelidir.
- 3.3. Düşük oksijen satürasyonu ve nabız için ayarlanabilir görsel ve/veya sesli alarm sistemi bulunmalıdır.

4. Sensör Özellikleri

- 4.1. Cihaz pediatrik kullanım için uygun sensörlere sahip olmalıdır.
- 4.2. Yenidoğan, infant ve çocuk hastalar için uygun en az bir adet pediatrik sensör ile birlikte teslim edilmelidir.
- 4.3. Sensörler yumuşak dokulu, ciltte tahrişe neden olmayacak özellikte olmalıdır.

5. Güç ve Batarya Özellikleri

- 5.1. Cihaz şarj edilebilir batarya veya standart pil ile çalışabilmelidir.
- 5.2. Tam şarj veya yeni pil ile en az 8 saat kesintisiz çalışabilmelidir.
- 5.3. Düşük batarya uyarı göstergesi bulunmalıdır.

6. Güvenlik ve Standartlar

- 6.1. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

Dr. Emre ÖZDAMAR
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Dip. No: 123874
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ayşe Kural
Kural

Dr. Melek CİHANBERKER
Aile ve İmmünoloji Uzmanı
Dip. No: Dr. 169070
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.2. Uluslararası tıbbi cihaz standartlarına (IEC/ISO) uygun olmalıdır.

6.3. Elektriksel ve biyolojik güvenlik açısından hasta kullanımına uygun olmalıdır.

7. Garanti ve Servis

7.1. Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

7.2. Türkiye genelinde yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

7.3. Garanti süresi içinde oluşabilecek arızalar ücretsiz giderilmelidir.

8. Eğitim ve Dokümantasyon

8.1. Cihaz ile birlikte Türkçe kullanım kılavuzu teslim edilmelidir.

8.2. Gerek görülmesi halinde kullanıcı eğitimi firma tarafından sağlanmalıdır.

9. Teslimat

9.1. Cihaz çalışır durumda, tüm aksesuarları ile birlikte teslim edilmelidir.

9.2. Teslimat sırasında cihazın tüm fonksiyonları test edilerek kabul işlemi yapılacaktır.

Uzm. Dr. Emre ÖZDEMİR
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Dip. Tez. No: 1388/4

Uzm. Dr. Melek CİHANBEYLİ
Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
Dip. No: Dr. 169070
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ayşe Vural

Atul

Birgül S. Çelik
Diyadin