

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.01.2026

Sayı: 10

Konu: ODYOLOJİK KABİN ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ODYOMETRE / İTİME TESTİ CİHAZLARI, ODYOMETRİK SESSİZ KABİN TEK ODALI ÇİFT ÇİDARLI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaşılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ODİOLOJİK KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kolay taşınabilir olmalı.Odyolojik kabin her zaman kolayca sökülebilir ve ilave parçalar kolayca monte edilebilir olmalı.Kabinin akustik özelliğine bu işlemten dolayı zarar gelmemelidir.

2.Kabin blokları tekrar sökülüp takılabilmesi için montaj sırasında dışarıdan vidalanma olmamalıdır.

3.Kabin el tipi geçme sistemli olmalıdır.

4.Montalama sırasında vidalama yapılmadan kabin blokları ayakta kalabilmeli ve devrilmemelidir.

5.Odyolojik pencere sistemi,odyolojik kapı sistemli havalandırma,aydınlatma ve elektrik tesisatı,kabin içi yer döşemesi,kabin yer ayakları,kumanda masası ve panosu ile birlikte Diyafon sistemi olmalıdır.

6.Kabin çok etkili çelik panelden oksitler ve partiküller arındırılarak ,renk kalitesi özel fırınlanmış olmalıdır.

7.Kabinin iç ve dış bütün yüzeyleri elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.

8.Teklif edilen kabin çift cidarlı olmalıdır.Bloklar arasındaki hava mesafesi en az 10 cm olmalıdır.

9.Panelin iç yüzeyi hijyenik kaplama malzemesi ile ince bir şekilde dizayn edilmiş olmalı.Panel dış yüzeyi ,dış ses fon ve dalgaları kırıcı özellikte olmalı.

10.Kabinin iç ebatları 2200*2200*1900 mm olmalıdır.

11.Kabinin dış ebatları 2800*2800*2400 mm olmalıdır.

12.Kabinin tavanı ,tabanı ve yanları titreşimden izole edilmiş olmalıdır.

13.Odyolojik pencere sistemi özel tasarımı ses izolasyon özelliği olan en az dört katlı cam kullanılarak yapılmış olmalı.Pencere ebatları en az 600*650 mm olmalı.

14.Odyolojik kapı en az 1.2 mm kalınlığında DKP saç kullanılarak yapılmış olmalı,kapı kapandığında ses izolasyonları için ses bariyerleri bulunmalı.Kapı ebadı en az 845*1995 mm olmalı,kalınlığı en az 100mm olmalıdır.

15.Kabin içi havalandırmayı sağlamak için özel tasarlanmış ,sessiz ,motorize fanlı ventil sistemi kullanılan,kabin içine temiz hava basan ,kirli havayı temizleyen havalandırma sistemi olmalıdır.Kabinin dış ortamından içeriye temiz hava girmesini sağlamak için bir adet ortamdaki kirli havayı temizleyen,ortama temiz hava veren,sessiz çalışma özelliği olan ventil sistemi verilmelidir.

16.Aydınlatma ve elektrik tesisatı,sessiz soft lamba ile kabin içi aydınlatılmalı,kabin içinde elektrik kablo ve kanalları görünmemelidir.Aydınlatma sistemi hastanın görüşünü engellememelidir.

17.Odyometrinin kabine montajı firma tarafından en az 6 adet Jack ve soketler firma tarafından ücretsiz verilecektir.Kabin içerisinde kulaklık ve kemik yolu vibraörü askılığı olacaktır.Kabinin içindeki döşeme en az titreşimsiz suntadan materyalden olmalıdır.yapılmalıdır.Kabinin yer ayakları yer titreşimini engelleyici lastik veya kauçuk materyalden olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm.Dr. A. Turgay SÜZEN
KBB Uzmanı
Dip. Tes. No:37222-31513

AĞRI DEVLET HASTANESİ
Hasan KIZILKAYA
Odyometrisi
Dip. Tes. No: 81315

Op.Dr. Emre KOÇAK
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No:180875
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Hatice YILMAZÇOBAN
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No: 177758
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beşül ŞARŞIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

18.Kabin metalden imal edilmiş olmalıdır.

19.Kabin kapısı manyetik ve mekanik sistemli olmalı ,istendiğindekolaylıkla açılıp,kapanabilmelidir.

20.Kabin kapısı kapandığında ,kapı kasa içerisine tamamen yerleşmeli, kabinin kapısı dış yüzeyi ile bir olmalı, dışarıya çıkıntısı olmamalıdır.

21.Kabin içerisinde ventil sistemi mevcut olmalıdır.Sistemde en az 2 adet fan kullanılmış olmalıdır.Fanlardan biri içerideki havayı alırken , diğeri içeri hava vermelidir.

22.Kabin üzerinde her türlü odyometrik cihazı taşıyabilecek nitelikte kumanda panosu olmalıdır.Kumanda panosu üzerinde en az 16 adet jack yuvası olmalıdır.

23.Kabin panosu üzerinden ventil sistemine ,aydınlatma sistemine ,diyaфон sistemine kumanda edilebilmelidir.Kabine giden elektrik tek bir on/off düğmesi ile istendiğinde kesilebilmelidir.

24.Kabinin iç ve dış yüzeyinde kullanılan metaller en az 1.2 mm kalınlığında olmalıdır.Daha ince metalden yapılan kabinler kabul edilmeyecektir.Bu firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilmelidir.

25.Kabin iç yüzeyinde , Ses kırıcı özellikte delikli aparat kullanılmış olmalıdır. Deri kaplama sistemler ses kırıcı özelliği az olduğundan dolayı kabul edilmeyecektir. Bu özellik kabin kataloğunda gösterilmelidir.

26.Kabinde ses kırıcı özellikte olan delikli sac istendiğinde çıkartılıp alt yüzey temizlenmelidir.

27. Kabin ses ızalasyon değerleri en az 125Hz'de 45 dB, 250Hz'de 50Db, 500 Hz'de 60 dB, 1000 Hz'de 62 dB, 2000 Hz'de 64dB ,4000 Hz'de 68 dB ve 6000 Hz'de 70dB olmalıdır.

28.Firma tek odalı çift cidarlı kabine ait TUBİTAK test raporlarını ihale sırasında sunmalıdır.

29. Her türlü fabrikasyon hataya karşı en az 2(iki) yıl garantili 10(on) yılda ücretli servis garantili olmalıdır.

30.Kabin ile birlikte 1 çift SP90 serbest alan hoparlörü verilmelidir.

31.Kabinde 1 çift ışıklı VRA oyuncak sistemi olmalıdır.

32.Cihazın TİTUBB/ÜTS Kaydı olmalıdır.

33.HBYS ile uyumlu olmalıdır.

34.Teklif veren firmanın ve üretici firmanın Teknik Servis Hizmet yeri yeterlilik belgeleri bulunmalıdır.

35.Bu şartnamede yazılmayan hükümler için idari şartname hükümleri geçerlidir.

36.Teklif veren firma teklifi ile birlikte cihazın orijinal kataloğunu verecektir.

37.Teklif veren firma yukarıdaki teknik özellikleri orijinal kataloğu üzerinde madde numarası vererek işaretleyecektir..

38.Ürün yerli malı belgesi olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm.Dr. A. Turgay SUZEN
KBB Uzmanı
Dip. Tes. No:37222-31513

AĞRI DEVLET HASTANESİ
Hasan KIZILKAYA
Odyometrisi
Dip. Tes. No: 91515
Op. Dr. Hatice YILMAZÇOBAN
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzm.
Uzm. Tes. No: 177758
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Betül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Op.Dr. Emre KOÇAK
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No:180875
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi