



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-300852248
Konu : Teklife Davet

08.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **FARKLI EBATLARDA 4 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16.01.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 0,8 MM	ADET	100		
2	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 1,2 MM	ADET	100		
3	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 1,4 MM	ADET	100		
4	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 1,6 MM	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim
NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 68C25E7D-FD7D-499E-9340-0F71C3AF05C8

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



KIRSCHNER TELİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün; kırıklarda (özellikle pediatrik, küçük fragman, avülsiyon kırıkları, küçük kemik kırıkları), düzeltici osteotomilerde, psödoartrozlarda, artrodezde, eklem çıkıkları tespitindereplantasyon tedavilerinde, kemik rekonstrüktif tedavilerinde ve iskelet sistemi traksiyonunda kemik fiksasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün; Trokaruçlu olup Yivli veya Yivsiz/Tek uçlu veya Çift uçlu türlerinin en az birisinden olmalıdır. 3. Ürün; a. Çelik, b. CoCr Alaşımlarından herhangi biri olmalıdır. 4. Ürün, 0.2mm-4 mmarası çapseçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. 5. Ürün,25-54cmboy aralığında boy seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Ürün kesilebilir vebükülebilir özellikte olmalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürün,kontamine olmasını ve uçlarının bozulmasını engelleyecek bir kutu içerisinde teslim edilmelidir. 8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Uzman Dr. ~~Emine~~ Bukur Okaz

Dr. Ümit NERGİZ
Dr. Yaşar Ercümen, Dışgubayazlı
Dent Hastanesi
Tıbbi ve Kavramatoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 206558

Ecz. İlhan DEMİR
Dip No: 2017/37640
Tescil No: 47670