

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.01.2026

Sayı: 16

Konu: DİJİTAL FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEK KULLANIMLIK DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2) Endoskobun distal ucunda dual LED lamba ve CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
- 3) Görüş yönü 0°, görüş açısı 110° olmalıdır.
- 4) Alan derinliği 3-100 mm olmalıdır.
- 5) Çalışma uzunluğu 670 mm olmalıdır.
- 6) Toplam uzunluğu 920 mm olmalıdır.
- 7) Defleksiyon açısı aşağı/yukarı 275°/275° olmalıdır.
- 8) Endoskop distal uç dış çapı kalınlığı 9.6 Fr. olmalıdır.
- 9) Çözünürlük oranı en az 400(H)*400(V) olmalıdır.
- 10) Kanal çapı 3.6 Fr. olmalıdır.
- 11) Aspirasyon-İrrigasyon kanalı bulunmalıdır.
- 12) Sıvı girişine karşı koruma standardı IPX2 olmalıdır.
- 13) Ayarlanabilir lazer çalışma kanalı bulunmalıdır.
- 14) Seviye kilidi sayesinde herhangi bir defleksiyon açısında kilitleme imkanı sunabilmelidir.
- 15) Flexible urs üzerinde fotoğraf ve video kaydı alınabilmek için tuş bulunmalıdır.

DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERO-RENOSKOP KAMERA ÜNİTESİ

Sistem; Tek kullanımlık Flexible Uretero-Renoskop ve çok kullanımlık Video Prosesör'den oluşmalıdır.

Video Prosesör özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- 1) Çok kullanımlık olmalıdır.
- 2) 100-240 VAC şehir cıreyanı ile çalışmalıdır.
- 3) Aynı marka flexible ureterorenoskop, flexible sistoskop, flexible bronkoskop ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 4) Beraberinde verilecek olan görüntü aktarım kablosu ile flexible ureterorenoskop dan alınan görüntüyü işleyebilmelidir.
- 5) DVI 1, DVI 2, VGA, HD-SDI dijital sinyal çıkışları bulunmalıdır. Bu çıkışlar sayesinde herhangi bir harici medikal monitörden görüntü alınabilmelidir.
- 6) Prosesör üzerindeki tuş sayesinde beyaz dengesi (White balance) ayarı yapılabilmelidir.
- 7) Prosesör üzerindeki tuşlar sayesinde fotoğraf ve video kaydı alınabilmeli, görüntü dondurulabilmeli (freeze), parlaklık %20,%40,%60,%80,%100 olarak ayarlanabilmeli ve zoom yapılabilmelidir.
- 8) Prosesör üzerinde beyaz ayarı yapılabilmesi için bir tuş bulunmalıdır.
- 9) Prosesör üzerindeki OSD tuşu sayesinde ekrandaki görüntü çerçevesi sekizgen, dairesel ve panoramik olarak ayarlanabilmelidir.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Kayhan İKİM
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 207715

Uzm. Dr. Uğur AĞDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 761322
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- 10) Prosesör 16 gb dahili saklama alanına sahip olmalı, extra saklama alanı istenildiğinde usb girişı bulunmalıdır ve harici kayıt alınabilmeli aynı zamanda processore alınan kayıt usb'ye aktarmaya imkan sağlamalıdır.
- 11) Prosesör üzerinden alınan kayıtlarda her hasta için ID tanımlaması ile depolama klasörü oluşturabilme imkanı sağlayabilmelidir. Oluşturulabilecek toplam kimlik uzunluğu en az 15 harf kapasitesine sahip olmalıdır.
- 12) Prosesör üzerinde fotoğraf ve video kayıtlarını oynatmak/duraklatmak için fonksiyonel tuş bulunmalıdır.
- 13) Yukarıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet prosesör ve tamamlayıcı aksesuarları mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile ürünler bitene kadar sağlık tesisine kullanım amaçlı bırakılacaktır.

Uzm. Dr. Murat AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Kayhan TARIM
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 207715