

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.01.2026

Sayı: 20

Konu: KARPAL TUNEL BIÇAĞI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KARPAL TUNEL BIÇAĞI TUM BOYLAR			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Karpal Tünel Bıçağı Teknik Şartnamesi SUT: AE2510

1. Ürün, karpal tünel gevşetme operasyonları için endike olmalıdır.
2. Ürün, minimal invaziv ancak endoskopik olmayan yöntemlerle kullanılabilir.
3. Ürün, tünelin içini aydınlatabilecek bir ışık mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Ürün, tek kullanımlık olup 2 mm'lik bir insizyonla giriş yapılmasına olanak tanımalıdır.
5. Ürünün bıçak kısmı, anatomik bölgeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
6. Ürün batarya bir şekilde 4,5V ile çalışmalıdır.
7. Ürünün bıçak kısmı, en az 4 mm uzunluğunda ve en az 6 mm yüksekliğinde olmalıdır.
8. Ürünün yapısı, manuel kullanım için tasarlanmış olmalı ve kolay tutma ve kullanım imkânı sunmalıdır.
9. Bıçak tasarımı, içe doğru kavisli bir yapıda olmalıdır.
10. Ürün Blister pakette Steril olarak tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün, ISO 13485, EC (AT) sertifikası ve TİTCK ürün kayıtlarına sahip olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Mehmet Fatih AKSAY
Dip. Tesc. No: 153625

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Yunus Şamil GÜNDENK
Dip. Tesc. No: 20009

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. İbrahim Ömer AKOĞUT
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tesc. No: 167791