

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.01.2026

Sayı: 28
Konu: FAKO KASETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			80	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**FAKOEMÜLSİFİKASYON VEYA KOMBİNE FAKO-VİTREKTOMİ CİHAZI VFM
DISPOSABLE FAKO KASETİ (GZ1033)**

1. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. Kaset, tubing ve serum seti bağlantı uçları yanlış bağlantıya mahal vermeksizin cihazın kolay kurulum ve kullanım için birbirine bağlanmış şekilde sette hazır bulunmalıdır.
3. 1 adet sıvı toplama kaseti olmalıdır.
4. 1 adet tubing seti olmalıdır.
5. 1 adet serum seti olmalıdır.
6. 1 adet test odacığı olmalıdır.
7. 2 adet irigasyon sleeve olmalıdır.
8. 1 adet plastik yapıda ve bir tarafında metal plaka olan fako iğne sıkıştırıcısı olmalıdır.
9. Set içerisinde test odacığı sleeve ve iğne sıkıştırıcısı bir arada steril edilmiş ayrı bir ambalajda olmalıdır.
10. Sıvı toplama kasetinin tahlil ya da inceleme amaçlı sıvı dökülmesini önlemek amaçlı kasetin haznesinin ağzını kapatmak için kauçuk veya silikon tıpa olmalıdır.
11. Set içerisinde ekran örtüsü, tepsi örtüsü ve uzaktan kumanda örtüsü steril olarak bulunmalıdır.
12. Kaset haznesi içini görülebilecek şekilde şeffaf olmalıdır.
13. Kaset haznesi dolduğu zaman içindeki sıvıyı boşaltılabilir özellikte olmalıdır.
14. Kaset haznesi, serum seti ve tubing setinin bulunduğu manifold'dan ayrılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
15. Kaset doluma yaklaştığını ya da tamamen dolu olduğu bilgisini kullanılan cihaza uyarı verebilecek özellikte ve yapıda olmalıdır.
16. Kaset üzerinde yalnız bir defa kullanılabileceğine ve nasıl steril edilmiş olduğuna dair uyarıcı yazı veya işaret veya sembol olmalıdır.
17. Paket üzerinde lot numarası, barkot numarası, son kullanma tarihi ve CE işareti belirtilmiş olmalıdır.
18. Ürün kodu ve son kullanma tarihi ürün paketinin üzerinde orijinal basım yazılı olmalıdır.
19. Ürün Bausch+Lomb Stellaris ve Elite serisi fakoemülsifikasyon ile kombine fako-vitrektomi cihazı üreticisi ile aynı marka ve üreticiye sahip ürün olmalıdır.
20. Ürün cerrahi bir cihaz ile kombine kullanılacağından, cihazın üreticisi ile aynı markaya sahip orijinal malzeme olmalıdır. Cihazın üreticisi dışında, başka bir firma tarafından üretilmiş ürün teklif edildiği takdirde, teklif eden firma verdiği adet miktarı bitene kadar ana cihaz, aksam ve aksesuarlarında doğacak olan her türlü teknik sorun ve arıza hallerinin sorumluluğunu üstlenmeyi arıza giderilemediği takdirde, (7) yedi gün içinde çalışan sorunsuz aynı marka ve model cihaz ile değiştirmeyi ya da eski model mevcut değil ise bir üst model phaco cihazı ile değiştirmeyi kurulum, eğitim ve servis gibi ihtiyaçlar dahil yerine getirmeyi yazılı noter taahhütlü olarak verecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 181982 Uzm. İrs. No: 142375

Doç. Dr. Yavuz ORUÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 127711 Uzm. Tes. No: 108264