

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

12.01.2026

Sayı:

Konu: Pediatrik Hasta Karyolası Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.01.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA KARYOLALARI, 2 MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI		2	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

2 MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARTOLASI TEKNİK ŞARTNAME

1. Teşhis, gözlem, tedavi, rehabilitasyon ve yaşam destek amaçla hastanede ve evde yatan hastalar için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ayakucu ve sırt bölümü ayarları DC motorlar ile yapılmalıdır.
3. Karyolada kullanılacak motorlar 9 V pil destekli olmalıdır.
4. Karyolada kullanılan motorlar ve mekanizmalar sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
5. Karyolada kullanılan motorlara ve pozisyonlara kumanda eden bir adet el kumandası bulunmalıdır.
6. Yatak tablası dört parçalı olmalıdır.
7. Yatma yüzeyi, 4 ayrı parçadan, kolay temizlenebilen, yatak platformuna sabitlenmiş, uygun renkte 1 mm kalınlıkta sac malzeme ile kaplanmalıdır.
8. Karyola başlıkları, kolay çıkarılıp takılabilir ve kolay temizlenebilen, demir profil çerçeveli Mdf olmalıdır.
9. Yan korkuluklar karyolanın sağında ve solunda 1'er adet olmak üzere karyola şasesine uygun alüminyumdan imal edilmiş tabanca sistem korkuluk olmalıdır.
10. Karyola konstrüksiyonunda kullanılan kutu profil kalınlıkları 1.20 mm den az olmamalıdır.
11. Diz hareketlerini motor yardımı ile yapabilme özelliği taşınmalıdır.
12. Karyolada çapraz kilitlenebilen, 360 derece dönebilen 4 adet 2 si frenli f plastik tekerler olmalıdır.
13. Karyolanın 4 köşesinde de bulunan askılık bağlantı noktalarından herhangi birinde serum askılık bulunmalıdır.
14. Karyola konstrüksiyonunda elektrostatik toz boyalı çelik malzeme kullanılmalıdır.
15. Karyola 2 yıl garantili olmalı ayrıca 10 yıl süre ile yedek parça temini sağlanabilmelidir.
16. Karyola ölçüleri: (ExBxY) 100 x 200 x 45 cm +/- 5 cm
17. Karyola taşıyıcı iskelet 50x30x1,20 kalınlığında kutu profilden imal edilmiş olmalıdır.
18. Yatakların sünger özelliği 22 danste ve dört parçalı olmalıdır.
19. Yatakların kumaş özelliği kapitone olmalıdır.
20. Yatakların ebatları 90x190x10 cm olmalıdır.
21. Yatakların elyaf özelliği 80 gr. olmalıdır.
22. Yataklar her marka ve model hasta karyolasına uyumlu olmalıdır.

S. Huse
Orhan Kılıç
Huse

Berna SARIKUŞ
K. Sarıkuş
Kalite Sorumlusu