



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-301374365
Konu : Teklife Davet

13.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **300 ADET ENTERAL BESLENME POMPA SETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21/01/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ENTERAL BESLENME POMPA SETİ ,YIKAMALI	ADET	300		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ);					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 019EF8A8-2116-41AB-BF9B-584CA946E2BC

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kcp.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



ENTERAL POMPA SETİ, YIKAMALI

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Setin uzunluğu en az 250 cm olmalıdır. 3. Beslenme torbası en az 1000 ml beslenme ürünü alabilmeli ve 1000 ml yıkaması bulunmalıdır.
	4. Torba üzerinde volüm skalası olmalıdır. 5. Torbanın ürün dolumu yapılan ağzı üst kısmında olmalıdır. Torba askıda kaldığı süre boyunca müdahalesiz açılmamalıdır. 6. Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 7. Setin ucunda tüm beslenme tüplerine uyumlu üniversal uç bulunmalıdır. 8. Setin cihaza takılan parçaları birbirinden ayrılmaz olmalıdır. 9. Beslenme torbası ve pompa seti birbiri ile uyumlu olmalıdır. 10. Setin bir tarafı şeffaf olmalıdır. 11. Set dışına çıkan sıvı ya da mama en fazla 3cc olmalıdır. 12. Setin hasta bağlantı hattında kapaklı ikinci bir uygulama portu olmalı veya set ile birlikte uygulama portu yanında verilmelidir. 13. Ürün karşılığında verilecek cihazlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; a. Pompa istendiğinde yıkamalı ya da yıkamasız setlerle çalışabilmeli ve yıkamalı setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır. b. Pompa en az 1 ml/saat'ten başlayarak istenilen miktarda besini verebilecek kapasitede olmalıdır. c. Pompa belirlenen aralıklarla yıkama yapabilmelidir. d. Besleme ayarı saatte 1ml – 400ml arasında, 1ml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir. e. Yıkama sıvısı ayarı 1ml – 500ml arasında, 1ml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir. f. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir.
Teknik Özellikleri:	g. Pompa bolus (kesikli besleme ve yıkama) özelliğine sahip olmalıdır. h. Bataryanın durumu pompa ekranında görülebilmelidir. i. Pompa'nın kullanıcıyı yönlendiren bir ekranı olmalı ve bu ekranın Türkçe dahil değişik dil seçenekleri olmalıdır.

ENTERAL POMPA SETİ, YIKAMALI

	j. Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı olmalıdır. k. Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir data girişinin olması gerekmektedir. l. Hastaya verilmiş olan besin ve yıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini saklayabilmelidir. m. Set dolum işlemi kullanıcının zaman kazanmasını sağlamak amacı ile otomatik olarak yapılabilmelidir. n. Hastanın taşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, baş aşağı vs.) besleme yapmaya devam edebilmelidir. o. Bekleme modu olmalı süre 5dk üstüne çıktığında alarm vermelidir. p. Cihaz tıkanıklıkları algılamalı ve alarm vermelidir. q. Dahili bataryası ile 125ml/saat besleme ayarında en az 8 saat çalışabilmelidir.
Genel Hükümler:	14. Ürünler steril veya nonsteril olup temiz oda standartlarında üretilmiş olmalı (ISO Class7 veya Class8) oda yüzey ve hava biyo kontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır ve gerekli evraklar istenildiği zaman sunulabilmelidir. 15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 16. İhaleyi kazanan firma her 100 (yüz) torba seti için 1 adet enteral beslenme pompasını sağlık tesislerimize ücretsiz olarak vermelidir. Arıza hallerinde 1 hafta içinde tamir edilmelidir Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. 17. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR
ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Özge NAKLI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.Tes.No:178042

Özge NAKLI

Kasım Demir
K. Demir