

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.01.2026

Sayı: 34

Konu: HASTA MUAYENE MASASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA MUAYENE MASALARI, MUAYENE MASASI YETİŞKİN			11	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün metal aksamı 30x30x1,2 mm profilden imal edilmiştir.
- Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmaktadır.
- Sünger 23 densite 2,5 cm kalınlığındadır.
- Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir 3 kademe olup 70 derece hareket eder.
- Ayaklar katlanabilir olmalıdır.
- Malzemeler 1. Sınıf kalite olmalıdır.
- Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
- Alt kısımda 2 adet çekmesi olmalıdır.
- Muayene masasında renk seçeneği olmalıdır.
- Numunesi beğenilmeyen firmanın ürünü kabul edilmeyecektir.
- Cihazın TİTUBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

Betül SAKSİK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Erup KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Yılmaz DÜZLÜK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri