

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.01.2026

Sayı: 41

Konu: 1 ADET OFS VE OPERATİF HİSTERESKOPI SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPI TELESKOPLARI, RİJİT HİSTEROSKOPI TELESKOBU YETİŞKİN			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmışların numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmışların numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OFİS&OPERATİF HİSTERESKOPI SETİ BİPOLAR HYBİRT SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12° TELESKOP

1 ADET

Teklif edilen teleskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Geniş açılı olmalıdır.
2. 2.9mm kalınlığında, Uzunluğu 30 cm olmalıdır.
3. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Fiber optik ışık transmisyonu mevcut olmalıdır. Kademeli 2 adaptör bulunmalıdır. Bu adaptörlerle beraber verilmelidir.
5. Teleskop üzerinde datamatriks barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatriks barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatriks barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir. Teklif edilen teleskop üzerinde datamatrix kodlarının olduğu üretici tarafından belgelendirilmelidir.
6. Görüntüsü kalitesi 4K Görüntüleme sistemlerine uyumlu olması açısından teleskop HD2 özelliğinde olmalıdır. Bu husus orijinal kataloğunda beyan edilmelidir.
7. Koruma kılıfı ve izolasyon sıvısıyla beraber verilmelidir.
8. 30° derece olmalıdır, 80 ° görüş açısına sahip olmalıdır.
9. Yansıma olmaması için ön cam safir ve gümüş lehim izolasyonlu olmalıdır.
10. Masterful sealing teknoloji olarak üretilmiş olmalıdır. Bu teknoloji orijinal kataloğunda gösterilmelidir.
11. Teleskop, uluslararası ISO N13485 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmelidir.

2.HİSTERESKOPI SHEAT DIŞ SHEAT

1 ADET

1. Teklif edilen kılıf sürekli yıkama ve emme için kullanılabilir olmalıdır.
2. Inflow ve outflow için bağlantı tüpleri ve 2 adet LUER-lock adaptörü bulunmalıdır.
3. Inflow sheat , outflow sheat ve obturatör birbirine Klik sistemle adapte şekilde takılabilir olmalıdır .
4. Çapı 18,5 Fr ve oblik uçlu olup, iç tüpü seramikle yalıtılmış ve döner şaftlı olmalıdır.
5. İç tüp genişliği 17,5Fr. Olmalı ve 17,5Fr. looplar kullanılabilir olmalıdır.
6. Net bir görünüm için sürekli akış hızı olması gerekmektedir.
7. Yeşil renk kodlu olmalıdır.

3. HİSTERESKOPI İÇ SHEAT SHEAT

1 ADET

1. Teklif edilen iç sheat sürekli yıkama ve emme için tasarlanmış olmalıdır.
2. Dış sheat ve obturatör bağlantıları klik sistemli kolay bağlantı olmalıdır.
3. Yansımayı engellemek açısından siyah seramik kullanılmalıdır.
4. Hafif tasarım ve ergonomik tasarım açısından titanyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Ø 2,9 mm 12 °, 30 ° teleskoplarla tam uyumlu olmalıdır.
6. İç tüp genişliği 17,5Fr. Olmalı ve 17,5Fr. looplar kullanılabilir olmalıdır.
7. Yeşil renk koldu olmalıdır.

4.ENTRÜMAN KANALLI OPERARTİF SHEAT

1 ADET

1. 18.5 Fr. Dış Sheat kılıfları ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
2. Klik sistemli olmalıdır.
3. Tek elle takılabilir çıkarılabilir olmalıdır.
4. 5 Fr enstrüman kullanımına uygun enstrüman kanallı olmalıdır.
5. Ø 2,9 mm, 12 °, 30 ° teleskoplarla tam uyumlu olmalıdır.

İsmail DUTLU
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Emir KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

6. Yeşil renk koldu olmalıdır.

5.HYBRİT BİPOLAR ÇALIŞMA ELEMANI SETİ

1 ADET

1. Teklif edilecek çalışma elemanı aynı zamanda optimal üretrotomi amaçlı, üretral darlıkların tedavisi için de kullanılabilir ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
2. Teklif edilecek setin bir parçası olan çalışma elemanı PASİF kesme, yani, Geriden ileri doğru kesim yapmak için uygun olmalı, hareketi yay mekanizması ile sağlanmalıdır. Normal pozisyonda loop kılıfın dışında olmalıdır.
3. Teklif edilecek setin bir parçası olan çalışma elemanı tek bacaklı bipolar lopları ve monopolar loopların kullanımına uygun Hybirt olmalıdır.
4. Teklif edilecek setin bir parçası olan çalışma elemanı, gerektiğinde, elektrot takılarak optikal Mini rezekteskop amaçlı, prostat ve üretra darlıklarının tedavisinde çalışma elemanı olarak da kullanılabilir. Buna uygun olarak çalışma elemanı üstünde loop girişine uygun yüksek frekans kablo girişi olmalıdır.
5. Tek elle kullanıma uygun olmalı, klik sistemli olmalıdır.
6. Aynı çalışma elemanı 14.9Fr ve 16Fr histereskopi sette de tam uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Bu kataloglarda gösterilmelidir.

6.BİPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU

1 ADET

1. Kurumda bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır.
2. Sistemin orijinal kablosu ve bipolar olmalıdır.

7.KESİCİ LOOP

3 ADET

1. 17.5 Fr çapında ve açılı olmalıdır.
2. Yeşil renk kodlu olmalıdır
3. Tekli koruma kılıfında verilmelidir.
4. Söz konusu verilen setle aynı marka olmalıdır.
5. Kesici tel kalınlığı 0,35 mm olmalıdır.
6. 30° kesici model olmalıdır .

8.VAPORİZASYON ELEKTROD

1 ADET

1. 17.5 çapında ve açılı olmalıdır.
2. Yeşil renk kodlu olmalıdır
3. Tekli koruma kılıfında verilmelidir.
4. Söz konusu verilen setle aynı marka olmalıdır.
5. 0° Kesici düz (KARSI DUVAR)tip olmalıdır.

9.KOAGULASYON TUİB ELEKTRODU

1 ADET

1. 17..5 Fr çapında ve açılı olmalıdır.
2. Yeşil renk kodlu olmalıdır
3. Tekli koruma kılıfında verilmelidir.
4. Söz konusu verilen setle aynı marka olmalıdır.
5. 3 mm tuib (iğne) Model olmalıdır .

11.MAKAS FORSEPS

1 ADET




Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

1. Çift çeneli hareketli,yarı rijit künt yapıda olmalıdır. 5 Fr. çapında ve 340 Mm çalışma uzunluğunda olmalıdır.
2. Yıkama irrigasyon portlu olmalıdır.

12.BİYOPSİ FORSEPS, 5 FR. UZUNLUK 40 CM.

1 ADET

1. Biyopsi Forseps,5 Fr. ,uzunluk 340 Mm,yarı-rijit, çift çene hareketli olmalıdır.
2. Yıkama irrigasyon portlu olmalıdır.

OPERATİF HİSTERESKOPI SETİ

30° TELESKOP

1 ADET

Teklif edilen teleskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır :

1. Geniş açılı olmalıdır.
2. Uzunluğu 30 cm Kalınlık 2,9 mm olmalıdır.
3. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Fiber optik ışık transmisyonu mevcut olmalıdır. Kademeli 2 adaptör bulunmalıdır. Bu adaptörlerle beraber verilmelidir.
5. Görüntüsü kalitesi 4K Görüntüleme sistemlerine uyumlu olması açısından teleskop HDPLUS yada HD2 özelliğinde olmalıdır. Bu husus orijinal kataloğunda beyan edilmelidir.
6. Koruma kılıfı ve izolasayon sıvısıyla beraber verilmelidir.
7. 30° derece olmalıdır , 80 ° görüş açısına sahip olmalıdır .
8. Yansıma olmaması için ön cam safir ve gümüş lehim izolasyonlu olmalıdır.

OPERASYON KILIFI

1 ADET

1. Teklif edilen kılıf aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
2. Çapı 5mm 192 mm olmalıdır.
3. DROP STYLE model olmalıdır ve orijinal kataloğunda beyan edilmelidir.
4. Beyaz renk kodlu olmalıdır.
5. Sürekli akış sistemli olmalı, Bu sayede görüntü devamlı net olmalıdır.
6. 30° 2.9 mm teleskoplar kullanıma uygun olmalıdır .

OPERASYON KILIFI İÇ KILIF

1 ADET

1. Çapı 4 mm olmalıdır.
2. Bir adet musluklu olmalıdır ve LUER-lock kilit mekanizmalı olmalıdır .
3. Tasarımı oval şekilde olmalıdır.
4. Beyaz ren kodlu olmalıdır .
5. Klikli sistem kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. Rigit ve Yarı-rijit 5 Fr'lik enstrümanlar için çalışma kanalı bulunmalıdır.



Emine KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknisyeni

