

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.01.2026

Sayı: 49
Konu: 200 ADET 400 CC REZERVUARLI YASSI DREN ALIMLI.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İhale ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİLİKON YASSI KANALLI DÜZ (FLAT) DREN 400CC BOMBA REZERVUAR 10-12MM			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YASSI DREN, SİLİKON, DÜZ, (BOMBA)

SMT Temel İşlevi:	1. Rezervuarın negatif basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minimuma indirebilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Rezervuar hacmi 400 cc olmalıdır. 3. Ürün en az 3 ml düz formda olmalıdır. 4. Ürün medikal silikondan yapılmış olup, rezervuar kısmı bomba şeklinde olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün üstten boşaltılmalı olmalıdır. 6. Ürünün silikon dren kısmı dokuya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. 7. Ürünün rezervuar kısmının en az 2 çıkışı olmalıdır. Birisi tahliye deliği olmalı ve tıpası kaçak, sızıntı yapmayacak şekilde kolay kapatılabilmelidir. 8. Rezervuar girişinin olduğu delikte geriye kaçmayı önleyici valf olmalıdır. 9. Ürün şeffaf olmalıdır. 10. Ürünün silikon dren kısmı x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır. 11. Ürünün dren kısmı delikli ve kanallı olmalıdır. 12. Ürünün üzerinde ölçüm çizgileri olmalı ve en az 25mm aralıkta ölçüm çizgisi bulundurmalı, içindeki sıvı miktarı rahatlıkla ölçülebilmelidir. 13. Taşıma kulpu bulunmalıdır.
Genel Hükümler:	14. Ürün Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilir şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır. 15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. 16. Ürünlerin ÜTS kaydı olmalıdır.

Azfer Göc.
Analizler
wpr

SİBEL KÖRAN
Hemşire