

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.01.2026

Sayı: 47

Konu: 1 ADET SKIN GRAFT MESHER CİHAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CERRAHİ KESİCİ - DELİCİ CİHAZLAR, DERİ GREFT DELME - MESHER CİHAZI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

KİŞİ / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

Teklifler zarfı ile veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış olan numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış olan numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SKIN GRAFT MESHER CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Mesher Cihazı Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi ve Yanık Ünitelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Mesher cihazının kullanımı yardım gerektirmeyen, kolay, basit ve ergonomik bir yapıda olmalıdır.
- 3.Yukarı ve aşağı yüksekliği ayarlanabilir silindiri sayesinde, mesher cihazında farklı ölçülerdeki büyütme taşıyıcıları kullanılabilir.
- 4.Mesher cihazı çizgili graft taşıyıcılar ile en az iki ölçüde; 1:1,5 ve 1:3 oranlarında (alınan graftleri) genişletebilmelidir.
- 5.Mesher cihazı, büyütme esnasında taşıyıcı üzerine aşırı basınç uygulanmasını engelleyen yapıda olmalıdır.
- 6.Büyütme silindirinin bıçakları ayar problemi olmaması açısından sabit olmalıdır.
- 7.Büyütme silindiri bıçakları paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 8.Mesher Cihazı ile birlikte, cihazın sterilizasyonu için kullanılacak konteyner, motor ile aynı marka; kapakta valf sistemine sahip (tek kullanımlık filtre kullanımı gerektirmeyen) olmalıdır. Konteyner için uygun sabitleyicileri olan sac sepet temin edilecektir. Teklif edilecek Konteynerlerin sterilizasyonu bir(1) yıl sürede muhafaza ettiğine dair ulusal veya uluslararası akredite laboratuvarların birinden alınmış stabilite (yaşlandırma) testi sonrası yapılmış ISO 11737-2 e göre düzenlenmiş sterilite test raporu teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır.
- 9.Cihazın beraberinde, her iki ölçüden 20 (yirmi) şer adet olacak şekilde iki ölçüden toplamda 40(kırk) adet büyütme yapacak taşıyıcı verilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER:

Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. Bu garanti hastane adına, üretici/ithalatçı ve ihaleye iştirak eden firmalar tarafından taahhüt edilecektir. Garanti süresi bitiminde 10 yıl ücreti mukabil yedek parça ve teknik servis verileceği hastane adına, üretici/ithalatçı ve ihaleye iştirak eden firmalar tarafından taahhüt edilmelidir. Garanti süresi bitiminde yapılacak bakım onarımlar için döviz bazında yedek parça fiyat listesi teklif dosyasında sunulmalıdır. Teknik hizmet sağlayacak olan Üretici veya ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. Teklif edilen ürünlerin UBB/ÜTS numaraları tekliflerinde belirtilecektir. Orijinal katalog üzerinde teklif edilen motor ve ataçmanları işaretlenecektir. Katalog ve broşürler tercümeden muaftır. Marka ve model belirtilerek teknik şartnameye madde madde cevap verilecektir. Demo istenebilecektir. Uygun olmayan ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.



Betül SARSIK
Biyomedikal Yöntek Mühendisi

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Yöntek Mühendisi