

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.01.2026

Sayı: 246

Konu: STRERİLİZASYON BİRİMİNİN 2000 ADET BATIN GAZ KOMPRES ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI ,16 KAT			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmışların numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmışların numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT3752 GAZ KOMPRES, BATIN

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün cerrahi operasyonlarda doku ve organları sarmalamak, boşlukları belirlemek ve kanama kontrolü sağlamak amacı ile üretilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün hidrofıl hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş veya non-woven (dokumasız) çeşitleri olmalıdır. 3. Ürünün steril veya non-steril çeşitleri olmalıdır. 4. Ürünün radyoopaklı (x-rayli) veya radyoopaksız (x-raysiz) çeşitleri olmalıdır. 5. Ürünün tüm tipleri; 4-8-12-16 kattan oluşmalı ve 30(±1)cm*30(±1)cm, 35(±1)cm*35(±1)cm, 40(±1)cm*40(±1)cm veya 45(±1)cm*45(±1)cm ebatlarından biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Ürünün pamuk tipleri için 1 cm ² 'deki toplam iplik (tel) sayısı 18(±1) olmalı ve ağırlığı en az 23 gram olmalıdır. 7. Ürünün pamuk tipleri için dokuma ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofıl olmalıdır. 8. Ürün, iplik sarkmasını önlemek amacıyla kenarları içe kıvrılarak "bohça" şeklinde katlanmış olmalı ve sağlamlığını korumak için kenarları dikilmiş olmalıdır. 9. Ürünün kenar dikişlerinde ekstrafor kullanılmamalıdır. 10. Ürünün her iki yüzünde sağlamlığını korumak amacıyla çapraz dikiş bulunmalıdır. 11. Ürünün radyoopaklı çeşitleri için radyoopak şerit veya iplik, ürünün her iki yüzünde (altında ve üstünde), görünür kalınlıkta ve her katında dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. 12. Ürünün radyoopak şeridi/ipleri x-ray ile yapılan görüntülemelerde kolayca görüntülenebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 13. Ürün sterilizasyon işlemi sonrasında sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir. 14. Ürünün steril tiplerinde paketleri açma yönünde 2cm açma payı bırakılmalıdır. Paketler açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy ve hav çıkmamalıdır.

Serhat AKKUS
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Melik Doğan
Hemşire
(M.A.)

SMT3752 GAZ KOMPRES, BATIN

Genel Hükümler:	15. Ürünün steril çeşitleri; sağlık tesisinin talebine göre 2'li veya 5'li paketler halinde teslim edilmelidir. 16. Ürünün non-steril çeşitleri; 50'li veya 100'lü paketler halinde teslim edilmelidir. 17. Ürünün %100 pamuk tipleri TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. 18. Ürünün non-woven çeşitleri; TS EN 1644-1 ve TS EN 1644-2 testlerine uygunluğunu belgelendirmelidir. 19. Ürünün non-woven tipleri TS EN ISO 10993 kalite şartlarını sağlamalıdır. 20. Ürün cerrahi amaçlı kullanılacağından onaylı kuruluş denetiminde olmalıdır. 21. Ürünlerin üretimi, tıbbi cihaz direktifine uygun, en az class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulların sağladığını belgelerle ibraz edilmelidir. 22. Ürüne ait bio-uyumluluk testleri mevcut olmalıdır (hemolitik etki, sensitizasyon, cilt irritasyon ve sitotoksosite testleri). 23. Malzeme üreticisinin ISO 13485 kalite yönetim sertifikası olmalıdır. 24. Ürüne ait sterilizasyon rulosu TS EN 11607 paketleme materyali ile ilgili standardı karşılamalıdır. 25. Ürünün steril tiplerinde sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır. 26. Ürünün non-steril tipleri; korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte ve şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. 27. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.
------------------------	--

28- 1 adet numune gönderilmelidir.

Selma AKKUS
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Melik Döğen
Hemşire