

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.01.2026

Sayı: 25
Konu: 1 ADET EL DERMATOSKOP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DERMATOSKOP SİSTEMLERİ, EL TİPİ OPTİK DERMATOSKOPİ CİHAZI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EL DERMATOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dermatoskop, cilt muayenelerine daha fazla netlik ve hassasiyet katmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. 12 kat büyütme sunabilmeli, cilt yapılarını olağanüstü keskinlik ve ayrıntıyla ortaya çıkarabilmelidir.
3. Çapraz ve paralel polarizasyon dahil 12 ışık ayarı (3 mod x 4 parlaklık seviyesi) ve dahili UV aydınlatması (365 nm dalga boyu) ile standart aydınlatma altında görünmeyen pigment değişikliklerini, enfeksiyonları ve diğer durumları tespit etmeye yardımcı olmalıdır.
4. Gerçekçi görüntüleme için tasarlanmış olmalı ve yüksek renksel geriverim indeksiyle doğal cilt tonu doğruluğu sunarak, görünen gerçekten orada olduğundan emin olmamızı sağlayabilmelidir.
5. %40 daha az bozulma sağlayarak size daha fazla tanışal güven sağlar.
6. Polarize-NonPolarize ve Wood modları olmalıdır.
7. Kuruluk,pullanma veya yüzeysel lezyonlar gibi yüzey dokularını görüntülemek için ideal olmalıdır.
8. 12*büyütme ve ultra keskin 0,006mm çözünürlükle cildin en dış katmanları net ayrıntı sunabilmelidir.
9. 6500K LED ışık ve 4 kademeli parlaklık kontrolü ile hızlı ve hassas yüzey değerlendirmesi yapabilmelidir.
10. Yüzey parlamasını azaltmak ve pigment desenleri ve damar yapıları gibi yüzey altı özelliklerini ortaya çıkarmalıdır.
11. Florensansı,pigmentasyon değişikliklerini veya enfeksiyonları vurgulamak için 365 nm UV ışık kullanabilmelidir.
12. Enfeksiyon kontrol filmi ile hijyen ön planda olmalıdır.
13. Tamamen metal gövde ile dayanıklılık sağlayabilmelidir.
14. Yüksek kapasiteli şarj edilebilir pil, kesintisiz uzun seanslar sağlayabilmelidir.
15. **Set İçeriği ;**
Ana Ünite,Şarj Ünitesi ,Cep Telefonu Bağlantı AdapötörüDeri Kılıf
USB-C Şarj Kablosu,Enfeksiyon Kontrol Filmi,Kullanıcı Kılavuzu ve Lens TemizlemeBezi
16. Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
17. İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.
18. Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır. Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.
19. Cihazın TİTUBB/ÜTS kaydı olmalıdır.
20. HBYS ile uyumlu olmalıdır.

Beyül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

İsmail DUTLU
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri