



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-301931626
Konu : TEKLİFE DAVET

19.01.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **DİŞ ÜNİTİ ENDODONTİK MOTOR (APEKS LOCATERLİ) LED IŞIKSIZ (KABLOSUZ)** mal alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.01.2026 tarih ve saat 12:00'a** kadar **dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DİŞ ÜNİTİ ENDODONTİK MOTOR (APEKS LOCATERLİ) LED IŞIKSIZ (KABLOSUZ)	ADET	8		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D44A59D9-FA26-4759-83AE-36B8DC9D52C1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelipınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



NOTLAR

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D44A59D9-FA26-4759-83AE-36B8DC9D52C1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





301871662

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

16 / 01 / 2026

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	SAYFA:1
Sayı:		Tarih:	16.01.2026
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1		150-13-02-01-240011046	DİŞ ÜNİTİ ENDODONTİK MOTOR (APEKS LOCATERLİ) LED IŞIKSIZ (KABLOSUZ)
2			
3			
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacıdan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
HASTANEMİZDE HEKİMLERİMİZİN UYGULADIKLARI KANAL TEDAVİLERİNDE BELİRTİLEN ENDOMOTOR KULLANILMADAN TEDAVİNİN YAPILMASI İMKANSIZ OLMAKTADIR. ELİMİZDEKİ ENDOMOTORLARIN BİRKAÇ TANESİNİN AYNI ANDA ARIZA VERMESİ DURUMUNDA KANAL TEDAVİSİ YAPILAMAMAKTADIR. AYNİ ZAMANDA ELİMİZDEKİ ENDOMOTOR SAYISI İHTİYACIMIZI KARŞILAMAMAKTADIR. BU YÜZDEN ENDOMOTOR İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
FİRAT ÇAKAN		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI	
T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ		16.01/26	
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü		Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü	
Firat Çakan		Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
Taşınır Kayıt Yetkilisi		Dt. Mehmet N. Çakan	
İletişim Tel No :		Başkan	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ			
Taşınır Kayıt Yetkilisinin			
Adı Soyadı ve İmzası			
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi			
Firat Çakan			
Taşınır Kayıt Yetkilisi			
Yukarıda miktari belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.			

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere	 nolu kalemler depoda mevcut değildir
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
.....	 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.
.....	 nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	
16.01.26	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
Harcama Yetkilisi	
Agri İl Sağlık Müdürlüğü Doğucayazı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Mehmet Ali ILÇİ Agri İl Sağlık Müdürlüğü Doğucayazı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Mehmet Ali ILÇİ	

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşıtır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

ENDOMOTOR

1. Kablosuz ve şarjlı olmalıdır
2. Şarj istasyonu ile endo motor arasında soket sistemi olmadan kablosuz olarak endomotoru şarj edebilmelidir.
3. Endomotor pili en az 2000 mAh olmalıdır.
4. Endomotor kablosuz tam şarjda en az 15 tedavide kullanılabilmelidir.
5. Endomotor en fazla 3 saatte tam şarj olmalı
6. Dahili (entegre) Apex locator olmalıdır. Endomotor ve Apex Locator fonksiyonu işlem sırasında simultane veya ayrı çalışma kullanabilme özelliği olmalıdır.
7. Apex locator ıslak ve kanlı kanalda net ölçüm yapabilmelidir.
8. Cihazla beraber verilecek olan başlığın kafası posterior bölgede rahat çalışabilmesi için küçük ve push-button olmalıdır.
9. Endomotor kablosuz kullanıma uygun, ergonomik yapıda hafif olmalıdır. Üzerindeki ekrandan programlar, çalışma modu, batarya seviyesi, dönüş yönü, devir ve tork değerleri görülebilmeli, üzerindeki seçme butonuyla ilgili değerler seçilebilip değiştirilebilmelidir.
10. Endomotor çalışırken endomotor ekranında kök kanal uzunluğunu gösteren apex çubuğu arayüzü çıkmalıdır. Buradan apex 'e olan mesefa görülebilmeli, eğer apex'e ne kadar yaklaşırsa ses de o kadar hızlanmalıdır.
11. Cihaz anguldruvası istenilen bölgede rahat çalışabilmesi için en dönebilmelidir. 360° dönebilmelidir.
12. Cihaz tüm nikel-titanyum döner ege ve resiprokal hareket yapan ege sistemleri ile kullanılabilmelidir.
13. Cihaz otomatik geri dönüş (oto reverse) işlemini yapabilmelidir.
14. Tüm programlar değiştirebilir ve kaydedilebilir olmalıdır.
15. Cihaz da en az 5 adet kaydedilebilir program olmalıdır. İçerisinde kendinden kayıtlı programlar olmalıdır.
16. Mikro motor hızı döner ege sistemleri için en az 100-650 rpm değerleri arasında ayarlanabilmelidir.
17. Manuel programlarda tork değeri en az 0,4-5 Nem değerleri arasında ayarlanabilmelidir.
18. Rotary dönme yönü saat yönü veya saat yönünün tersine olmak üzere ayarlanabilmelidir.
19. Resiprokal hareket modu, en az 30° ile 390° aralığında ayarlanıp çalışabilmelidir
20. Otomatik olarak kapatma 10 dakika içerisinde yapabilmelidir.
21. Cihazda kalibrasyon ayarı bulunmalıdır.
22. Kanala girdiğinde otomatik çalışma ve çıktığında durma, apikalde ayarlanan apikal limite gelindiğinde otomatik ters dönme ve apikale yaklaşıldığında otomatik olarak yavaşlama gibi özelliklere sahip olmalıdır.
23. Ürün paketlemesi, 1 adet kablosuz endodontik motor, 1 adet angldruvası, en az 1 adet apeks locator bağlantısı için data kablosu, en az 2 adet dudak kancası, en az 2 adet ege klipsi 1 adet sarj cihazı, en az 4 adet silikon anguldruva kılıfı ve yağmala için püskürtme aparatı içermelidir.
24. Cihazla Birlikte en az 500ml değerinde cihaza uygun yağ bedelsiz verilmelidir.
25. Cihaz ile birlikte 5 paket cihaza uyumlu ege ücretsiz verilmelidir.

T.C. DOĞUBAYAZ T
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

- 1) İsteklilerin ihale tarihi itibarı ile teklif ettiği cihaz ve ürününün imalatçısının veya ithalatçısının da T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya (ÜTS) Ürün Takip Sistemine kayıtlı olması ve isteklinin de T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya (ÜTS) Ürün Takip Sistemine yetkili satıcı olduğuna ait belgenin sayı ve numarası Yeterlik Tablosunda belirtilecektir.
- 2) T.C. Sağlık Bakanlığının 2022/02 Sayılı Genelgesi gereği ihale tarihi itibarı ile İstekliler tarafından Teklif edilecek cihaz ve malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya (ÜTS) Ürün Takip Sistemine kayıtlı olması (Bayilik belgesi) ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır belgesinin sayı ve numarası Yeterlik Tablosunda belirtilecektir.
- 3) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına veya (ÜTS) Ürün Takip Sistemine kayıt zorunluluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini Yeterlik Tablosunda belirtilecektir.
- 4) Teklif edilen cihaz, bileşen aksesuarları ve ek sistemleri en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı süresince, katalogunda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verileceğine dair belge teklif ile birlikte istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından taahhüt edilecektir. Bu belgeye ait bilgiler Yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- 5) Garanti süresi bitiminden sonra yedek parça dahil ve hariç olmak üzere, katalogda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) servis, bakım ve onarım hizmetlerinin ücretini gösterir belge, istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. Yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir. 2 (iki) yıllık garanti bitiminden sonraki garanti ve bakıma ait belgeler ve ücretleri sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir.
- 6) Cihaza ait 10 (On) yıllık yedek parça fiyat listesi Türk Lirası cinsinden verilecektir. Listenin verildiği tarihten itibaren geçen sürede oluşan enflasyon farkı (TUIK tarafından TÜFE) oranına göre yedek parça fiyatlarına eklenecektir. Bu fiyat listesi istekli firma yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlayacaklardır. Toplam fiyat listesi cihaz fiyatının %200 ünü geçmemelidir. Listede fiyatı belirtilmeyen yedek parçalar ücretsiz sayılacaktır. Fiyat listesine ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

TEKNİK SERVİS, GARANTİ, BAKIM VE ONARIM:

1. Cihazlar, kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl (24 ay) süre ile garantili olacaktır. Bu garanti istekli ve distribütör veya üretici firma tarafından verilecektir. Yüklenici tarafından garanti süresince ücretsiz servis, yedek parça ve bakımı kapsayan tam garanti verilecektir. Garanti taahhüdü ihale dosyasında olmalıdır.
2. Garanti süresi cihaz montaj edilip tamamen hizmete girdiği andan itibaren başlamış olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçalardan ek bir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresince, arıza bildiriminden sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde cihaza tarafımızdan aksi istenmedikçe yerinde müdahale edilecektir veya tarafımızca uygun görülmesi durumunda kargo yolu ile ürün firmanın adresini bildirdiği teknik servise gönderilecek olup ürün servise ulaştıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde arıza giderilip ürünün tarafımıza gönderimi sağlanmalıdır. Transfer aşamasında oluşabilecek hasarlarda kurumumuz sorumlu tutulmayacak olup transfer giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3. Arızaya yerinde müdahaleden sonra, parça gerekmeyen durumlarda 48 (kırksekiz) saat içerisinde arıza giderilmiş olmalıdır. Parça gerektiren durumlarda 3 (üç) iş günü, ancak gerekli parça yurt

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

dışından getirilecekse ispat belgeleri (gümrük belgesi, sipariş belgesi, kargo vb.) sunulması ile bu süre 10 (on) iş gün olacaktır.

4. Garanti süresince, cihazın üretici standartlarına göre, periyodik olarak yerinde ücretsiz bakım yapılması sağlanacaktır. Ürünler periyodik bakım gerektirmiyorsa üretici firma bunu yazılı olarak sunmalıdır.

5. Cihaza yapılacak her müdahale sonrasında teknik servis raporu oluşturulacak, asgari olarak firma personelinin ve hastanemiz biyomedikal teknik personelinin imzaları olacak ve bir nüshası tarafımıza teslim edilecektir. Talep edilmesi halinde hastanemiz biyomedikal teknik personelinin listesi ve iletişim bilgileri verilecektir.

6. Garanti süresince, cihaza uygulanacak tüm yazılım güncellemeleri (update) ve yeniden kurulumlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

7. Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşamaması halinde, arızada kalan her gün için üç katı süre garanti süresine eklenecektir.

9. Garanti süresinde aynı arızanın 2 defa veya farklı tipte arızaların 4 defa gerçekleşmesi halinde, öncelikle garanti süresine 1 (bir) yıl ilave edilecek; garanti süresinde aynı arızanın 3. kez veya farklı tipte arızaların 6.kez gerçekleşmesi halinde cihaz yenisi ile veya bir üst modeli ile değiştirilecektir.

MONTAJ:

1. Yüklenici, cihazları belirtilen hastanelere ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2. Montaj esnasında tüm iş ve iş yeri güvenliği tedbirleri firma tarafından alınacaktır.

EĞİTİM:

1. İhaleyi alan yüklenici, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği personellere 1 defa ücretsiz eğitim verecektir.

2. Ayrıca cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki personele(kullanıcı), cihazın kullanım ve günlük bakımı üzerine tarafımızdan yeterli görülecek süre boyunca (en fazla 2 gün) ücretsiz eğitim verecektir. Eğitimin verilmesi teklif veren istekli tarafından taahhüt verilecektir.

3. Bu eğitimlerin garanti süresi içerisinde tarafımızdan talep edilmesi halinde, 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz yenilenmesi sağlanacaktır.

KABUL VE MUAYENE:

1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FİRMA ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

3. ihaleyi alan yüklenici, cihaz ile birlikte cihazın orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servisi için gerekli dokümanları, Türkçe kullanım kılavuzunu ve cihazın servis manuelini cihazın muayene ve kabulü sırasında verecektir.

4. Cihaza ait görüntü işleme, işletim ve servis yazılımlarının olması halinde bir kopyası lisansı ile birlikte dijital olarak teslim edilecek, kurulum ve erişim kısıtı uygulanmayacaktır. Bahse konu yazılımların anakart üzerinde gelmesi, cihaz yazılımlarının çeşitli sebeplerle teslim edilmesinin mümkün olmaması vb. durumlarda, firma garanti süresi dolmuş olsa dahi 10 yıl süre ile her türlü yazılım yüklemelerini ücretsiz yapacaktır.

5. Cihazlar kalibrasyonları yapılarak, kalibrasyon etiketleri ve raporları, TİTCK Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğine ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Metroloji Faaliyetleri Kılavuzuna uygun formatta olacak şekilde teslim edilecektir.

//

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi