



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-301909983
Konu : TEKLİFE DAVET

19.01.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **PİYASEMEN, ANGULDRUVA VE AERATÖR** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.01.2026 tarih ve saat 10:30'a kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PİYASEMEN (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ)	ADET	20		
2	ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK	ADET	10		
3	AERATÖR (BUTONLU) IŞIKSIZ (ADAPTÖRSÜZ) STANDART BOY	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A8E26C8C-BCF4-4563-9809-3C682BC7D4D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfıkı Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:



İmza/Kaşe

NOTLAR:

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: ÇİFTEPINAR MAH. RIFKI BAŞKAYA CAD. NO:2

E-POSTA: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

TELEFON NO: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A8E26C8C-BCF4-4563-9809-3C682BC7D4D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rifki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400

Telefon No: 04723124022

e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN

Sağlık Memuru

Telefon No:





301873263

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

16 / 01 / 2026

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0
Sayı:		Tarih:	16.01.2026
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1		150-13-02-01-240010215	PIYASEMEN (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ)
2		150-13-02-01-240010138	ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK
3		150-13-02-01-240010097	AERATÖR (BUTONLU) IŞIKSIZ (ADAPTÖRSÜZ) STANDART BOY
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafınıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
HASTANEMİZDE DİŞ ÜNİTLERİNDE TEDAVİ SİRASINDA ÖNEM ARZ EDEN EL PARÇALARI OLAN PIYASEMEN, ANGULDRUVA VE AERATÖR İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dt.Mehmet Ali Çakır B.Şekim	
İletişim Tel No:		16.01.26	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ		Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası	
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.		T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere-1,2,3-..... nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	16.01.26
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	Adı: Savaş ve İsmail C. Bulgaristan Agız ve Diş Sağlığı Merkezi
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	Fırat ÇAKAN Taahhüt/Kayıt Yetkilisi
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
16.01.26	16.01.26
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari Mali İşler Müdürü Agır ve Ağır İşler Müdürü Doğubayazıt Ağır ve Diş Sağlığı Merkezi Erdal SALMAN	Agır ve Ağır İşler Müdürü Doğubayazıt Ağır ve Diş Sağlığı Merkezi Dünya İsmail

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşıma kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

PİYASEMEN

1. Piyasemen tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Piyasemen çevirmeli frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.
3. Piyasemen 1:1 hız aktarım oranına sahip mavi kuşak olmalıdır.
4. Piyasemen rulmanlı sistem ve rulmanları seramik olmalıdır.
5. Piyasemen susuz sisteme sahip olmalıdır.
6. Piyasemen dakikada en az 50 ml soğutma spreyi verebilmelidir.
7. Piyasemen en az 40.000 rpm güçlü motorlar ile çalışabilir özellikte olmalıdır.
8. Piyasemen kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
9. Piyasemen 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.
10. Piyasemen üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, üretim yeri, üretim yılı, CE damgası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
11. Piyasemen "ÜTS Kayıtlı Olmalıdır."
12. Piyasemen en az 24 ay (2 yıl) garantili olmalıdır.

ANGULDRUVA

1. Anguldurva başlığı rulmanlı sistem olmalıdır.
2. Dakikadaki dönme hızı 40.000 devir/dakika olmalıdır.
3. Anguldurva dıştan sulu sistem olmalıdır.
4. Anguldurva da ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen ve böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen bir temiz kafa sistemi (clean head system) olmalıdır.
5. Anguldurva, push button (anahtarsız frez değiştirme) sistemine sahip olmalıdır.
6. Anguldurva' nın gövde yapısı kavramayı kolaylaştırmak ve hafif olamsı için ön tarafı çelik ,arka kısmı alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
7. Kullanım rahatlığı için en fazla 45 gr olmalıdır.
8. Ağız içi rahat kullanım için uzunluğu en fazla 90mm,kafa çapı 10mm,kafa yüksekliği 14 mm olmalıdır.
9. Kartuş tipi anguldurva uçlara uygun olmalıdır.
10. Mikromotor devrini 1:1 oranında (aynı hızla) iletmelidir.
11. Çapı Ø 2.35 olan anguldurva frezleri ile kullanılabilmelidir.
12. 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilmelidir.

AERATÖR

1. İnsan sağlığına uygunluğu, hassas ve ideal dengeye sahip olması ve mükemmel korozyon direncine sahip olması için başlık komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aeratör başlığının minimum hızı en az 350.000d/dk, maksimum hızı en az 450.000 d/dk. olmalıdır.
3. Aeratör başlığı, 2,5 bar atmosfer basıncında randımanlı çalışmalıdır.
4. Aeratör başlığı, seramik rulmanlı olmalı ve sessiz çalışmalıdır.
5. Aeratör başlığı standart kafa ve ünite direk monte tipinde olmalıdır.(Adaptöre gerek duyulmamalıdır.)
6. Aeratör başlığının maksimum hava tüketimi 55nl/dk olmalıdır.
7. Aeratör başlığı,ultra push button frez değiştirme sisteminde olmalı ve freze yük uygulandıkça frez kilit mekanizmasının frez tutma kuvveti artmalıdır.
8. Aeratör başlığı, basınç düşürücü sistem (basınç regülatör valfi) ile çalışma basıncını otomatik olarak ayarlayarak türbinin ömrünü uzatmalıdır.
9. Chip hava basıncı en fazla 2.5 bar olmalıdır.
10. Aeratör başlığının ağız içi harekette kolaylık sağlaması için kafa çapı en fazla 11.2mm, kafa yüksekliği en fazla 13.4mm ve boyun kısmı en fazla 9 mm olmalıdır.
11. Aeratör başlığının kesim gücü en az 20 W olmalıdır.
12. Aeratör başlığının gövde yapısı kolay hijyen edilebilmesi için düz, hafif ve ergonomik yapıda olmalıdır.
13. Aeratör başlığı, ağız içi tükrük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen, böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine sahip olmalıdır. Bu işlemi frezin takıldığı yerden yapmalıdır. Bu özellik orijinal kullanım kılavuzunda ya da orijinal sitesinde gösterilmelidir.
14. Aeratör başlığı, tek noktadan optimum soğutma sağlamalıdır.
15. Aeratör başlığı, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu özellik başlık üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
16. Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik başlık üzerinde belirtilmelidir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi