

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.01.2026

Sayı: **60**
Konu: YUMUŞAK DREN (16F) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.01.2026 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YUMUŞAK DREN - DREN AJ TORBALI 16-18 F			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfı ile veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1409 YUMUŞAK DREN, TORBALI

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, vücutta oluşan sıvıyı drenaj yoluyla boşaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Dren uzunluğu 100 ($\pm$ 10) cm 16F ebatında olmalıdır. 3. Medikal silikondan üretilmiş olmalıdır. 4. Drenaj torbası 2000ml($\pm$ 500ml) kapasitede olmalı ve en az 50 mililitre ölçek çizgisi bulunmalıdır. 5. Drenaj torbalı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Drenin travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal ucu olmalıdır. 7. Drenaj torbası ile drenler arasındaki konnektörler uyumlu olmalı kesinlikle sızdırma yapmamalı ve kolay çıkmamalıdır. 8. Drende çapraz olarak en az 4 yan delik olmalıdır. 9. Drenaj torba yüzeyinde askı deliği olmalıdır. 10. Drenaj torbalarının kontaminasyon önleyen boşaltma musluğu olmalı ve musluk sızdırmaz özellikte olmalıdır. 11. Ürünün dren kısmı x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır. 12. Drenler ve dren torbası aynı steril paket içerisinde olmalıdır.
Genel Hükümler:	13. Ürün steril olmalı ve sterililiteyi bozmadan açılabilir şekilde paketlenmiş olmalıdır. 14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. 15. Bir adet numune gönderilmelidir.

Ayfer Gök
Anelizethane denet
[Signature]

Sibel BORAN
Hemşire
[Signature]