

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.01.2026

Sayı: 53

Konu: ANJİYO BİRİMİ İÇİN DİAGNOSTİK ANJİOGRAFİK KATETER (ÖRGÜL) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİAGNOSTİK ANJİYOĞRAFİK KATETER ÖRGÜLÜ			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KORONER KALP KATETERİ DİAGNOSTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateterler, sağ ve sol Judkings, pigtail, (açılı, açısız) sağ ve sol amplatz, multipurpose, sağ ve sol koroner by-pass, internal mammary, Sones ve benzeri tiplerinde, 5-6 F kalınlıklarda ve uç kısımları değişik genişlik (3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 cm) ve değişik açılarda şekillendirilmiş olmalıdır.
2. İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.
3. Kateter 1/1 tork özellikte olmalıdır.
4. Kateterin uç kısmında kalınlığı ve tip kodlaması bulunmalıdır.
5. Kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atravmatik olmalıdır.
6. Koroner kataterler çelik tel örgü ile desteklenmiş olmalıdır.
7. 6 F lik çap için en az 0.056 inch iç çapa sahip olmalıdır.
8. Kateterlerin uzunluğu en az 100 cm olmalıdır.
9. Kateterler ile koroner arterlere oturulmasında zorluk olmamalı, vücut ısısında Tip hafızasını korumalıdır. Bu özellikler kullanıcı tarafından test edilecektir
10. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigürasyondaki kateterleri istenilen konfigürasyondaki kateterlerle değiştirmeyi taahhüt edecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. M. Ruhat KÜSE
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 166679

Ağrı Eğitim ve Arş.Hast.
Dr.Şahin GÜNARSLAN
Kardiyoloji
Dip.Tes.No:211608