

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.01.2026

Sayı: 51

Konu: RADYOLOJİ BİRİMİ İÇİN 4 KALEM LEVHA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYASYON UYARI LEVHASI			15	Adet		
2	GÖZETİMLİ ALAN LEVHASI (YER LEVHALARI)			15	Adet		
3	DENETİMLİ ALAN LEVHASI			5	Adet		
4	X-İŞİNİ UYARI LEVHASI			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

X- İŞINIM UYARI SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Led modulu hastanelerde bulunan Röntgen, Tomografi ve x-ışın makineler barındıran odalar için TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) ve Hastane Yönetmelik standartları göz önüne bulundurarak tasarlanıp imal edilmiş olmalıdır.
2. İki bağımsız satırdan oluşan modulde ister manuel bir buton vasıtasıyla ister tetikleme devre sayesinde makine çıkışına bağlanabilmelidir. Bu sayede X-ışını aktif edildiğinde otomatik olarak ışıklı ve sesli ikazda bulunmalıdır.
3. Kapalı durumda okunaksız olarak tasarlanacak olup tabela iç mekanda görüntü kirliliği azaltmak ile birlikte gerekli mesaj sadece gerektiği zaman gösterebilmelidir.
4. LED tabelalarda parlak ve Keskin yazı formatı sayesinde yazılar ve karakterli net ve canlı gözükmemekte olmalıdır.
5. LED modulu, floresan veya neon ile çalışan eski modellere nazaran elektrik tüketiminde ve bakım onarım maliyetinde avantaj sağlamalıdır.
6. En az 32×23 Cm, üç konumlu ve Dekoratif tasarım olmalıdır.
7. 24VDC-110VAC/220VAC ile çalışmalıdır.
8. Tetikleme devresi Türkiye standartlarına uygun olmalıdır.


Fırat Dülger
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

1. Dikkat X- Işını Cihazı (5 adet)



Çalıştırıldığında Radyasyon Yayar

Sol alt köşede Nükleer Düzenleme Kurumu yazacak.

Boyutu : 10 x 10 cm sarı ön zemin siyah yazı.

Malzeme 3 mm Dekote (PVC)

2. Hamileler ve Hamilelik şüphesi olanlar giremez. (5 adet)

Boyutu : 20 x 30 cm sarı ön zemin siyah yazı.

Sol alt köşede Nükleer Düzenleme Kurumu yazacak.

3. Dikkat Radyasyon Alanı (5 adet)

Boyutu : 20 x 30 sarı ön zemin siyah yazı.

Sol alt köşede Nükleer Düzenleme Kurumu yazacak.

4. Denetimli Alan Levhası (5 adet)

Boyutu : 20 x 30 cm sarı ön zemin siyah yazı.

5. Gözetimli Alan levhaları (15 adet)

Boyutu : 15 x 60 cm sarı ön zemin siyah yazı.

6. Radyasyon İşaretli Işıklı Tabela (10 adet)

GİRİLMEZ

5 mm şeffaf pleksi üzerine lazer kazıma ile hazırlanan radyasyon işaretli ışıklı uyarı tabelası

Boyutu : 35 x 17

7. Elektronik dozimetre (80 adet)

Doz hızı = 0.10 msv /h-100 msv/h

Görev dozu (Hp10) : 0-999.99 Sv

Toplam Doz (Hp 10) : 0-999.99 Sv

(NEB 236 C düşük ve orta enerjili gama ve x ışınlarına duyarlı Geiger Müller dedektörü ile aynı anda radyasyon doz hızı ve radyasyon dozu ölçen kişisel elektronik dozimetre(KED))

(Dijital gösterge ve otomatik kademeli Geiger Müller dedektörlü mikroişlemci denetimlidir.)

L. K. S.

Adnan Oğur

Lad. Tekn.

Nimet ŞAHİN

Lad. Tekn.

Sibel Uzman