



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 23.01.2026 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Nİ-TİL KANAL EĞESİ	20	ADET		
2	AKIŞKAN CAM İYONER SİMAN	4	ADET		
3	GUTTA PERCHA 04 TAPER	20	KUTU		
		TOPLAM			
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirdhsatinalma@gmail.com			Teklif Eden/...../2026 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza		

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1) **0.4 Açılı Güta Perka**

1. Her kutuda 0,4 açılı güta-perka olmalıdır.
2. Kanala uygulama esnasında kolay bükülmemeli ve kolayca kırılmamalıdır.
3. Güta-perkaların sapında boyutlarına uygun farklı renk başlığı içermelidir.
4. ISO 6877:2006 ölçülerinde, üzerinde mm'lik işaretleme dereceleri lazer ile işaretlenmiş olmalı.
5. Kaliteli radyoopak malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Dokuya uyumlu olmalıdır.
7. Lateks içermemeli ve kadmiyumsuz olmalıdır.
8. Sorti şeklinde paketlenmelidir ve paket içerisinde en az 100 adet gutta bulunmalıdır.
9. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 numaralarda mevcut olmalıdır.
10. Çeşitli boyutlarda seçilerek alınacaktır.
11. Her bir güta-perka 25-28-31 mm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.
12. Güta-perkalar dokuya uyumlu olmalıdır.
13. Fabrikasyon olmalıdır ve orjinal kutusunda paketlenmiş olmalıdır.
14. İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizitesi olmalıdır.
15. Kutunun üzerinde, markası, menşei, CE damgası olmalıdır.
16. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dt. ZEYNEP KOTAN
Dip No: 3055 Dip. Tes. No: 60172

Ağrı Eleşkirt Devlet Hastanesi
Dt. Muhammed Emin ARPACI
Dip. No: 003630 Dip. Tes. No: 70257

NİTİ ROTARY KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kanal eğeleri "Isıl işlem" teknolojisi (heat treated), "Ön Bükülme" hafıza kontrollü Nikel-Titanyumlardan üretilmiş olmalıdır. Bu özelliği ürün etiketinin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 2.Eğe yüzeyinde ısı-ışleme tabi tutulduğunu gösteren renkler olmalıdır.
- 3.Eğeler yüzey cilalama (Electropolishing) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
- 4.Eğeler kanalın yapısına göre şekillenebilmeli kullanım sonrası sterilizasyon esnasında veya harici ısı verildiğinde eğe ilk yapısına dönebilmelidir
- 5.En az 6 adet eğe içeren plastik kutu ambalajlarda olmalıdır.
- 6.Rotary döner sistem harekete uygun esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7.Kanal eğelerin uç kalınlığını belirten ISO standartına uygun eğe renk kodlarında olmalıdır.
8. Klinik ortamında eğelerin taper açısının karışıklığını engellemek için eğelerin Handle (pirinç) olan kısımlarında taper açılarını gösteren çizgi veya rakam olmalıdır.
9. Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi olmalıdır.
10. Renk halkası olan kanal eğeleri 21, 25 ve 31 mm seçenekleri olmalıdır.
11. Kanal aletinin üzerinde çalışma boyunu gösterir milimetre çizgiler bulunmalıdır.
12. Taper açıları % 4 değildir. 15,20,25,30,35,40, Sorti boylarında olmalıdır. 15 -40 asorti set olarak temin edilebilir olmalıdır.
- 14.Minimal invaziv ve daha esnek olması için eğelerin shaft kalınlığı (tel kalınlığı) 0.80 mm veya 1.00 mm olmalıdır.
- 15.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile korozyona uğramamalıdır.
16. İhaleye numune gönderilecektir.

IŞINLI CAM İONOMER LİNER

- 1) Işıkla sertleşebilmelidir.
- 2) Kullanıma hazır tek bileşeni olmalıdır.
- 3) Her türlü dolgunun altında kaide olarak kullanılabilmelidir.
- 4) Radyopak olmalıdır.
- 5) Fissür örtücü olarak da kullanılabilmelidir.
- 6) İkincil çürüğe karşı flor salınımı yapmalıdır.
- 7) 2,5 gr NDT non-dripping şırınga ve uygulama uçları içermelidir.
- 8) Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İpe Devlet Hastanesi
Dt. Zeynep KOTAN
Dip No: 605 Dip. Tes. No: 60172

Ağrı Eleşkirt Devlet Hastanesi
Dt. Muhammed Emin ARPACI
Dip. No: 003630 Dip. Tes. No: 70257