

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

21.01.2026

Sayı: 10

Konu: DENTAL İMPLANT TİP 1 MAL ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.01.2026 saat: 11:00 'akadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DENTAL İMPLANT SİSTEMİ TİP 1			150	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DENTAL İMPLANT ŞARTNAMESİ

7121

Genel Şartname özellikleri

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Kurumlarının tıbbi cihaz, medikal malzeme, implant, mal ve hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından. Bu kapsamda tıbbi ve medikal malzeme ve cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

Hastanemizin kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır

1. İMPLANT ALIM ESASLARI:

İmplant alım esasları, Ağıza yerleştirilebilir Aktif implant Yönetmeliği kapsamındaki implant malzemesi ve implant üst yapı malzemesi satın alma işlemlerinde;

1.1 İmplant ve Üst Yapı Hammadde (materyal) Teknik Özellikleri

- 1.1.a İmplant gövde materyali (hammaddesi) yüksek biyouyumlu özelliği olan, %98 titanyum saflığında, Ti-grade 4 özelliğinde olmalıdır.,
- 1.1.b İmplant dayanakları (üst yapılar) biyouyumlu titanyum grade 5 özelliğinde olmalıdır,
- 1.1.c Üst yapılar ile implantları birbirine bağlayan bağlantı vidaları da titanyum grade 5 özelliğinde olmalıdır.

1.2 İmplant ve Üst Yapı Geometrik Teknik Özellikleri

- 1.2.a İmplant ile üst yapılar birbirinden bağımsız olmalıdır. İmplant ve Üst yapılar monoblok yapıda olmamalıdır.
 - 1.2.b İmplant tipi kemik (bone level) ve doku (tissue level) seviyesinde olmalıdır.
 - 1.2.c İmplantların mikro yiv özelliği olmalıdır.
 - 1.3.d İmplantın dış formunda, implant boyunun 3/1 oranında kök form ve 3/2 oranında silindirik dizayn bir arada olmalıdır,
 - 1.4.e Gövde yiv apeksi kuvvetleri dağıtan geometrik yapıda olmalıdır,
 - 1.4.e İmplant iç yapısı konikal (morse taper) geometrik yapının yanı sıra, protez yüklemesini kolaylaştıran dört köşe yapıda olmalıdır.
- 2 Tüm üst yapıların (Abutment, Kapama vidası, İyileşme Başlığı) geometrisi hem dört köşe hem de konik yapıda olmalıdır,
 - 3 Tüm açılı Abutmentler, A ve B açısı özelliği ile en az 8 farklı pozisyonda yüklenebilmelidir.
 - 4 İmplantlar vidasız transfer parçası ile yüklenebilir özellikte olmalı ve implant yerleştirildikten sonra elle kolaylıkla çıkarılabilmelidir. Bu transfer parçaları, sıkışma esnasında implant iç yüzeyine zarar vermeyecek şekilde minimum 100-125 N aralığında kırılacak emniyet halkasına sahip olmalıdır.
 - 5 İmplantlar transfer parçaları olmadan da dört köşe iç bağlantısına uyumlu sürücüler yardımıyla da yerleştirilebilir olmalıdır.
 - 6 İmplant, ağızda kullanım şekilleri ve mesiodistal boyutlara uygun olacak şekilde farklı çap ve boy seçeneklerine sahip olmalıdır.
 - 7 İmplant çapları 3.2mm ile 4.8 mm arasında minimum 4 (dört) farklı çapta ve 6 mm ile 14mm arasında minimum 5 (beş) farklı boyda olmalıdır.

Uzm. Dr. İlke SARI
Protez Uzmanı
Diy. Tesis No: 42310 / Uzm. Tesis No: 159360
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dr. Mehmet Süleyman AİSİGÜNDÜ
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Diy. Tesis No: 56048

- 8 İmplantların kullanımı uygulanmasında çaplara ve boylara göre belirleyici özellikleri ve taşıma parçalarının çaplara göre belirleyici özellikleri olmalıdır.
- 9 İmplant sistemi tek bir cerrahi sisteme sahip olmalı, kolay uygulanabilir özellikte ve hem tek hem de iki aşamalı cerrahiye uygun olmalıdır.
- 10 Üst yapılarda iyileşme başlıkları iki diş arası mesafe dikkate alınarak 3,2mm,3,5mm,4,5mm, /4,1mm,4,8mm, 5mm ve 6,5mm çaplarında olmalıdır. 3 farklı diş eti seviyesinde 3 farklı boya sahip olmalıdır.
- 11 Abutmentlar 3,5/4,5/5,0/6,0 mm çaplarda ve 1mm'den 5 mm ye kadar diş eti seviyelerinde olmalıdır.
- 12 Açılı abutmentlar 15°/20° ve 25° lerde 4,5 çapında 1,2,3, mm diş eti seviyelerinde olmalıdır.
- 13 Hassas tutuculu locator attachment sistemi total protez için 5 farklı seçeneğe sahip olmalıdır.
- 14 Sabit ve hareketli protez dayanaklarıyla ambalaj içerisinde sert ve normal olmak üzere iki adet plastik matriksler ve 1 adet metal matriks bulunmak zorundadır.
- 15 İmplant Ölçü parçaları 1'den fazla taraflı yön belirleyicilere sahip olmalıdır. İmplant Ölçü parçaları kısa ve uzun seçeneklere sahip olmalıdır.
- 16 Locator attachment sistemleri için ekstra ölçü parçaları mevcut bulunmalıdır.
- 17 Tüm üst yapı parçaları yıldız (torks) şekilli tek bir anahtarla monte edilebilmelidir.

18 İmplant Yüzey Özellikleri

- a. İmplant yüzeyi primer stabilizesi sağlanmış ve osseointegrasyon (kemik içine yerleştirilen implantın kemik hücreleri ile yapısal işlevsel biyouyumu) hızını arttıran yapıya sahip olmalıdır.
- b. İmplant yüzeyi primer stabilizesi sağlanmış ve osseointegrasyon sürecini olumlu yönde hızlandıran kumlama ve çift asitleme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olmalıdır (SLA).
- c. İmplant yüzeylerinde üretim sorunlarından kaynaklanmış herhangi bir kalıntı olmamalıdır ve osseointegrasyona olumsuz etki yapabilecek istenmeyen aykırı maddeler bulunmamalıdır.

19 Ambalaj Özellikleri

- a. İmplant ambalajdan her iki cihazla da (Raset – Anguldurva) alınabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- b. İmplant taşıyıcı parçalı da taşıyıcı parçasız da yerleştirilebilir.
- c. İmplant ambalajları 25-45kGyaralığında gama ışınlama yöntemiyle sterilizasyonu sağlanmıştır. Ambalajın üzerindeki steril etikette gama sterilizasyonu belirtilmiştir. Gama sterilizasyon sertifikası bulunmaktadır.
- d. Ambalajın üzerinde bulunan etiketlerde, implantın çap ve boy ölçüsü, ürün seri katalog numarası, platformu, CE numarası, lot numarası, steril amblemi, gama ışınlama b ilgisi, muhafaza şartları, üretim tarihi, üretim adresi, barkot numarası veya işareti bulunmaktadır.
- e. Ambalajın içinde Türkçe yazılmış kullanma klavuzu (prospektüs) bulunmaktadır.
- f. Ambalaj yapıları ıslanmaya karşı dayanıklı, güneş ışınlarından ve çeşitli hava şartlarından etkilenmeyecek yapıdadır.

20 Cerrahi Set

- a. Cerrahi set pratik, ambalajı tek parça halinde en az 130°C otoklav sterilizasyonuna uygun ölçülerdedir.
- b. Set içerisinde 10 adet freze uyumlu, stoper kiti bulunmaktadır.

Uzm. Dt. İke SARI
Protez Uzmanı
Dip. Tes. No. 199360
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

[Signature]

Dr. Mehmet S. SARI
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı
Dip. Tes. No. 199360

- e. Her implant apında ve boyunda tek frezlerin yanı sıra her ap zelliiinde boyun aıcı zellięe sahip sert kemik frezlerivardır. Sivri ulu iřaretleme frezi, yuvarlak ulu iřaretlemefrezi, implant aplarına uygun paralel pinler,uzun kısa vida anahtarları, abutment torklayıcı anahtarları, driver srcleri, rařet iin anguldurva iin kısa uzun ara paraları mevcuttur.
- d. Protez uygulama esnasında tork deęerini gsterir rařet bulunmaktadır.
- e. Cerrahi set implantı uygulayabilecek yeterliliktedir.
- f. Cerrahi setin iinde bulunan paralar otoklav sterilizasyonu sonrasında herhangi bir paslanma olmayacak materyaldedir.
- g. Cerrahi set kutusu 1000 otoklava dayanıklı zel plastik meteryaldendir.
- h. Cerrahi sette bulunan tm rnler implant rnlerindeki platformlarına uygun renk, sıra ve yazılarla belirtilmiřtir.
- i. İmplantın tařıma parası drt kře baęlantının dz kısımlarını belirleyici iřaretler bulunmalıdır.

- 21 Teklif edilen implantlar firmamızın sunacaęı orijinal kataloglardan teyit edilecektir.
- 22 Talep doęrultusunda implant iin yapılan cerrahi iřlem sırasında, firmamız tarafından teknik personel ve teknik donanım desteęi istenildięinde saęlanmaktadır.
- 23 İmplant numunesi grlerek komisyon tarafından teknik řartnameye uygunluęu deęerlendirilmektedir.
- 24 Satıřı yapılan implantların 6 ay ierisinde talep doęrultusunda bařka bir implantla (ap ve boy) cretsiz deęiřimini saęlamaktadır.
- 25 Alımı yapılan implantlar en az 10 yıl boyunca tm rn yelpazesini tedarik etme taahhdn yazılı olarak vermektedir.

Dr. Mehmet Sltek
Aęri Aęri ve Diř Saęlık Merkezi
Dip.Tes.No: 56019

Uzm. Dt. İlke SARI
Protez Uzmanı
Dip.Tes.No: 159360
Aęri Aęri ve Diř Saęlık Merkezi

Dr. Mehmet Sltek
Aęri Aęri ve Diř Saęlık Merkezi
Dip.Tes.No: 56019