

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.01.2026

Sayı: 76

Konu: TEL KESME MAKASI - CERRAHİ ROT MAKASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEL KESİCİ MAKAS			5	Adet		
2	CERRAHİ ROT MAKASI			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A) TEKNİK ÖZELLİKLER

01. Cerrahi aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş olan cerrahi aletlerin teknik şartname uygunluk belgesinde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

02. Cerrahi aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, katalog numarası, imal edildiği ülke, CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır. Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak olup uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

03. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134°C basınçlı buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

04. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.

05. Cerrahi aletlerde kesici kısımları hariç keskin kenar bulunmamalıdır. Cerrahi aletin ağız kısmında birleşme yerlerinde ve gövdesinde hiçbir şekilde çapak, boşluk v.s. olmamalıdır.

06. Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmeli, kilit mekanizmaları kolayca açılıp kapanabilmeli sıkışma, yalpalama, tutukluk yapmamalıdır.

07. Portegüler , klempler ve pensetlerin ağız kısımları tam kapatıldığında aralık kalmayacak şekilde kapanabilmeli ve birbirlerine aralıksız oturmalıdır.

08. Cerrahi aletler bacaklarına kuvvet uygulandığında rahatça hareket edip esneyebilecek ve bırakıldığında ilk pozisyonuna rahatça gelebilecek şekilde elastik yapıya sahip olmalıdır.

09. İhale sonrasında cerrahi aletlerin teslimi esnasında cerrahi aletlerden ilgili bölüm uzmanının seçeceği 2 adet cerrahi alet korozyon testi için alınacak, hastane sterilizasyon biriminde TS 5172'de belirtilen buharlı otoklavda sterilizasyon ve kaynar su testlerine tabi tutulacaktır. Bu testlerden olumsuz sonuç veren firmaların aletleri reddedilecektir. Firmanın itirazı durumunda ilgili aletler aynı testlerin yapılması için akredite edilmiş laboratuvarlardan birine masrafları ilgili firma tarafından karşılanmak üzere gönderilecektir.

10. İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen aletlerin tamamına teklif vereceklerdir. Set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek cerrahi aletlerin tamamına tek bir marka ile teklif verilmesi zorunludur. Firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını şartnameye uygunluk belgesinde yazmak zorundadır. Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması ya da özel üretim, eşdeğeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

11. Teklif edilen cerrahi aletlerin ürün takip sisteminde (ÜTS) kayıtlı olması ve sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylı barkod numaralarının teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili kısma ait teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

12. Yerli ürünlerde imalatçı fabrikanın, ithal ürünlerde distribütör firmanın ihale sürecinde ürün takip sisteminde kaydının bulunması zorunludur. Firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya distribütör firma tarafından onaylanmış ürün takip sisteminde yetkili bayilik kaydının olması zorunludur.

13. Cerrahi aletler teknik şartname içeriğinde yer alan ve evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek için yazılmıştır. Firmalar şartnamede belirtilen evsaf ve aynı fonksiyonları görecektir. Cerrahi aletler hassas ameliyatlarda kullanılacağından aletlerin uzunluk ölçüleri +/- 10mm, farklı olabilecektir. Cerrahi aletlerin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ölçüleri, ağız kısımlarının metal özellikleri, serasyon yapısı ve cerrahi aletlerin işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak özellikleri,

14. Teklif edilen cerrahi aletlerin teknik şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı firmaların teklif dosyası içerisinde verecekleri katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile teyit edilecektir. İhaleye verilecek katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması zorunludur. Katalog ve broşürler orijinal dilinde verilebilecektir. Teklif edilen cerrahi aletlerin türkçe tercümelerinin

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Mehmet Fatih AKSAY
Dip. Tes. No. 153625

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Yunus Sami GÖNÜLDENK
Dip. Tes. No. 209909

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. İbrahim Ömer AKÇAM
Dip. Tes. No. 209909

teknik şartname uygunluk belgesinde yazılması zorunludur. Elektronik olarak (CD, DVD v.s.) katalog verilmesi halinde ise katalog numaralarının girilebileceği arama motorunun bulunması, teklif edilen tüm ürünlerin olması, ürünlerin ağız ve uç yapılarının birebir ölçülerde görünür olması gerekmektedir. Aksi halde firmaların ilgili kısımlar için vermiş olduğu teklif reddedilecektir.

15. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletler için şartname ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye uygunluk belgesini teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her maddesine cevap verilecektir. Ayrıca firmalar aşağıda örnek şablonu verilen belgeyi teklif dosyası içerisinde vermek zorundadır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu belge içerisinde sıra numarası , referans olarak istenilen cerrahi aletin katalog numarası , firmanın teklif ettiği markaya ait cerrahi aletin katalog numarası , markası , teklif ettiği cerrahi aletin detaylı türkçe açıklaması , miktarı , teklif edilen cerrahi aletin katalogda hangi sayfada olduğu ve ürün takip sisteminde (ÜTS) sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış barkod numarası yer alacaktır .

Sıra no	Referans Katalog no	Teklif edilen katalog no	Marka	Ürün açıklaması	Miktar	Katalog sayfa no	Ürün barkod no
---------	---------------------	--------------------------	-------	-----------------	--------	------------------	----------------

16. Teklif edilen cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösteren menşei beyan belgesi, menşei ülke noterlik, apostil tasdikli ve noterlikçe türkçe tasdikli tercümesi ile birlikte teklif dosyası içinde verilecektir.

17. Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan, noterlikçe türkçe tasdikli beyanı ile taşıyan, Firmaların bu beyanları uluslararası normlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

18. Cerrahi Aletler fabrikasyon (imalat) ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti üretici fabrika, ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir. Üretici fabrikanın garanti belgesi menşei ülke noterlik ve apostil tasdikli olacak ve Türkçe tercümelerinde noter tasdikli olacaktır. Aşağıdaki hususlar garanti belgelerinde yazılı olacaktır.

a)10 yıl süreli ücreti karşılığı hizmet garantisi verilecektir.

b) Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, bozulan aletler tamir edilemediği takdirde yenileri ile değiştirilecektir.

c)Üretici fabrikanın Türkiye distribütöründe değişiklik olması halinde, yeni distribütör aynı garantileri üstlenecektir.

19. Yerli üretimde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TS 13011 TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içerisinde verilecektir.

20. Firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç yay, pim, vida vs. değişimi ile tamiri mümkün olmayan bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletleri 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

21. Firmalar teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir.

22. Firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile muayene ve kabul işlemleri sırasında sterilizasyon birimine kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında bilgi verecektir.

23. Numuneler teknik şartnamede belirlenen kriterler çerçevesinde elle, gözle, gerekirse mikroskop altında incelenecek, otoklavda test edilecek ve gerekirse ameliyatlarda denenecektir. Teklif edilen cerrahi alet numunelerinin şartnamenin herhangi bir maddesine uygun olmaması halinde firmanın ilgili kısımlar için teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dr. Mustafa AKSAY
Dip. Tes. No: 153625

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op. Dr. Yunus ŞAHİL GÖNÜDEN
Dip. Tes. No: 20909

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op. Dr. İbrahim ÖZAR
Dip. Tes. No: 167701

Numuneler sözleşme imzalanmasına müteakip firmalara iade edilecektir. Numune olarak verilecek aletler ihtiyaç listesinde "N" harfi ile belirtilmiş olup birer adet verilecektir. İhtiyaç listesi ve numune listesi aşağıda verilmiştir. Referans kodları İNSİDEMED kataloğundan seçilmiştir.

A-KOVBOY MAKASI (OC1000.05)

- 1-Makas paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Makas boyu 47 cm olmalıdır.
- 3-Makas ağzında sertleştirilmiş elmas bulunmalıdır.
- 4-6 mm pin kesme özelliğine sahip olmalıdır.
- 5-Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
- 6-Makas otoklav sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 7-Uç yapısı Keskin ve dayanıklı olmalıdır.
- 8-Makas,maksimum açılma ve kapanma hareketlerinde deformasyon göstermemelidir.
- 9-Alet yüzeyinde ve kesici yüzeylerde çapak bulunmamalıdır.
- 10-Kesim performansı testlerinde tek hareketle kesim sağlayabilmelidir.

B-TEL KESME MAKASI(OC1000.01)

- 1-Makas paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Makas boyu 23.5 cm olmalıdır.
- 3-Makasın kesme kapasitesi; yumuşak teller için 3 mm, sert teller için 2,2 mm'ye kadar kesebilmelidir.
- 4- Makas ağzında sertleştirilmiş elmas bulunmalıdır.
- 5-Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
- 6-Makas otoklav sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 7-Uç yapısı Keskin ve dayanıklı olmalıdır.
- 8-Makas,maksimum açılma ve kapanma hareketlerinde deformasyon göstermemelidir.
- 9-Alet yüzeyinde ve kesici yüzeylerde çapak bulunmamalıdır.
- 10-Kesim performansı testlerinde tek hareketle kesim sağlayabilmelidir

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Mehmet Fatih AKSAY
Dip. Tes. No. 153625

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op. Dr. Yavuz Sami GÖNÜLDENİZ
Dip. Tes. No. 169409

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. İbrahim Özgür KÜBİT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Tes. No. 167701