



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-302628815

23.01.2026

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA HASTASI VEDAT BAYDAR İÇİN 6 AYLIK 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **30.01.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ANTİSEPTİK YARA ÖRTÜSÜ 17,5 X 17,5	ADET	540		
2	İKİ YÖNLÜ SARGI BEZİ (LİPOKOLLOİD YARA TEMAS TABAKASI, YUMUŞAK)	ADET	150		
3	TÜBÜLER BANDAĞ 14-24 CM X 10 M	ADET	30		
4	TÜBÜLER BANDAĞ 10-15 CM X 10M	ADET	30		
5	TÜBÜLER BANDAĞ 15-20 CM X 10M	ADET	30		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: EFA95576-7D16-466F-B108-6627CB1FB278

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

İki Yönlü Esneyebilen Tubüler Bandaj

1. Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde (E.Bullosa, atopik ekzema vb.) irritasyonu engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş elastan tubüler bandaj olmalıdır.
2. İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalıdır.
3. Tubüler bandaj viskoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalıdır. Latex içermemelidir.
4. Tubüler bandaj, Softseam teknolojiye sahip olmalı bu sayesinde hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısıyla dengeli bir basınç oluşturarak vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan pansumanı sabitleyebilmelidir.
5. Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
6. Farklı ölçüler farklı renk kodları ile tanımlanmış olmalıdır (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Mor). Ürünün ortasından geçen renk kodları boyalı viskozdan yapılmış olmalıdır ve üretim aşamasında işlenmelidir.
7. Ürünün paketlenmesi, ürünü koruyacak ve taşıma esnasında temiz tutacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Paketin üzerinde lot numarası, kod numarası, son kullanma tarihi, ebatı, CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
9. İstenildiğinde belirtilen ebatlarda bulunabilmelidir: 3.5 cm X 5 m; 3.5 cm X 10 m; 5 cm X 5 m; 5 cm X 10 m; 7.5 cm X 5 m; 7.5 cm X 10 m; 10.75 cm X 5 m; 10.75 cm X 10 m; 20 cm X 10 m.
10. İstenilen ebatta kesilip kullanılarak maliyet avantajı sağlamalıdır.
11. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
13. Üretici firma EN ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

İlhan DEMİR
0:20 710
No:4761

Sedat KANDIRMA
Kandirma

Elmanur ONAY
Erde Sağlık Teknolojileri

ANTİSEPTİK YARA ÖRTÜSÜ

1. Epidermolisiz bullosa hastalarında karşılaşılan eksüdasız veya az eksüdalı yaralarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kullanım alanları bilimsel yayınlarla kanıtlanabilmelidir.
2. Poliüretan köpükten imal edilmiş sargının üst kısmı su geçirmeyen ,hava geçirgen bir film tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
3. Örtü yarayla temas eden tabakasinda, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasinda kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetae" hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
4. Kaşıntıya sebep olmamalıdır.
5. Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı ayrıca uluslararası E. Bullusa tedavi klavuzlarında yer almalıdır. Bu referans yayınlara kanıtlanabilmelidir
6. Örtü, hastada yara açılmasını engellemeye yardımcı olabilecek, hastanın kronik olarak yara görülen bölgelerinde yara açılmasını engellemek için koruma amacıyla da kullanılabilirdir. Bu özellik KHB'nin ve DEBRA uk EB Klavuzunun referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
7. Gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilebilmelidir.
8. Sargı, yaradan kaldırılıp tekrar uygulanabilmeli, bu esnada yapışkan özelliğini kaybetmemeli ve sargı değişimi gerekmeksizin yarayı gözleme imkanı vermelidir.
9. Ürün hassas ve/veya nazikleşmiş ciltlerin korunması amacı ile kullanılabilirdir.
10. Nem ve buhar geçişine izin vermelidir.
11. Ürün, bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
12. Ürün ince yapısı nedeni ile vücut hatlarına uyum sağlamalıdır.
- Sargı ıslak yara yatağına kesinlikle yapışmamalı ve örtü değişimleri esnasında yarada ve sağlıklı ciltte travma oluşturmuyarak yara iyileşim sürecini kısaltmalıdır. Bu özellik firma tarafından belgelendirilmelidir.
13. Ürünün sağlıklı cilde fiksasyonunu sağlayan alanda akrilik veya hidrokolloid yapışkan bulunmamalıdır.
14. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
15. Üretici firma ISO 14001, EN ISO 13485 kalite ve CE belgesine sahip olmalıdır.
16. İstenildiğinde 7,5 X 8,5 cm, 12,5 x 12,5,17,5 x 17,5 cm ve 20 x 50 cm ebatlarında bulunabilmelidir.
17. Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası , son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
18. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

cz.ihh
No:20
340
11/01/2020

Selma KANDENİZ
Hemşire

Emo Nur ONAY
Füde Jgk Toksikoloji
FEB

**Hafif elastik sargı bezi
TEKNİK ŞARTNAME**

Safetac Teknolojili Poliamid Ağ

1. Çapraz bağlanmış tıbbi silikon ile kaplanmış elastik polyamid ağdan (delikli) mevcut olmalıdır.
2. Ürünün delik büyüklüğü ihtiyaç duyulduğunda topikal uygulamalara izin verecek büyüklükte olmalıdır.
3. Transparan yapıya sahip olmalı ve yarayı gözlemlemeye imkan vermelidir.
4. Emici özelliği olmamalıdır.
5. Ürün yara gelişimine bağlı olarak, uygulandığı bölge üzerinde 14 güne kadar kalabilmelidir.
6. Yarayla temas eden tabakasında, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasında kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" teknoloji hidroforik yapıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
7. Ürün tek başına uygulanabilmeli, sabitlenmek için pansuma ihtiyaç duyulmamalı, bu sayede hastanın parmak/el gibi bölgelerinde hareket yeteneğini kısıtlamadığı gibi ekstra maliyete de neden olmamalıdır.
8. Yeni şekillenen sağlam dokunun zarar görmesini engellemeli ve örtü değişimleri esnasında acıyı ortadan kaldırmalıdır.
9. Vücut hatlarına uyumlu olmalı ve vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılabilirdir.
10. Yanal sıvı geçirmezliğine sahip olmalı ve maserasyonu engellemelidir.
11. Kronik yaralar , travmatik yaralar ve epidermolysis bullosa tedavisi içinde kullanılabilir olmalıdır. Bu özellik KHB'nin ve DEBRA UK EB Klavuzunun referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
12. Ürünün tek tarafı yapışkanlı olmalı ve üzeri film tabaka ile kaplı olmalıdır.
13. Uygulama alanına göre kesilerek şekil verilebilmelidir.
14. Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Tekli paketlerde steril olarak sunulmalı.
16. Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası, kod numarası , son kullanma tarihi , ebatı , CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
17. İstenildiğinde 5*7,5cm, 7,5*10cm , 10*18cm , 24*27,5cm ve 17*25 cm ebatlarında bulunabilmelidir.
18. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Eğilim DEİM
Dip. 71370-40
Tescil 7670

Belirli bir süre için
Kullanılabilir

Elmo NUR ONAY
Evd. Sağlık Teknolojisi