

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.01.2026

Sayı: **81**

Konu: KIKIRDAK TAMİR SİSTEMİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KIKIRDAK/MENİSKÜS TAMİR SİSTEMİ ZENGİN KÖK HÜCREYE ULAŞAN AÇILI - STERİL NİTİNOL TÜM BOYLAR (AE2160)			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KIKIRDAK TAMİR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AE2160

- Tel nitinol olmalıdır.
- Nitinol telin boyu 20 cm olmalıdır.
- Cerrahi müdahale sırasında elcek yardımı ile kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Kullanılan elcek nitinol teli 9 mm dışarıda bırakmalıdır.
- Nitinol telin arkasında çakmaya uygun aparat bulunmalıdır.
- Nitinol telin ucu trokar şeklinde olmalıdır.
- Elcek kanüle yapıda olmalıdır. Nitinol telin içinden geçirebilecek çapta olmalıdır.
- Elceğin ucu açılı olmalıdır.
- Elceğin ucu kondilden kaymayı önleyecek yapıda olmalıdır. (tırtıklı)
- Elcek çakılan nitinol teli geri çıkartacak aparata sahip olmalıdır.

Arastirma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji B. Bm.
Op.Dr. Fatih AKSAY
Diyadin No: 133625

Arastirma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman
Op.Dr. Yunus Sami GÖNÜDENK
Diyadin No: 20889

Arastirma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji B. Bm.
Op.Dr. Mustafa ÖZKAN
Diyadin No: 18781