

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.01.2026

Sayı: **93**
Konu: BİYOPSİ İĞNESİ KENDİNDEN TABANCALI (16G - 18G) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TAM OTOMATİK TABANCALI BİYOPSİ İĞNESİ TEK KULLANIMLIK 16 G 10CM			75	Adet		
2	TAM OTOMATİK TABANCALI BİYOPSİ İĞNESİ TEK KULLANIMLIK 18 G 10CM			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:


• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tru-cut biyopsi iğnesi tam otomatik kendinden tabancalı tam otomatik teknik şartnamesi

1. İğneler trucut tekniği ile biyopsi almaya uygun olmalıdır.
2. İğneler üzerinde bakıldığında kaç cm derinliğe ulaşıldığını anlamaya yardımcı markerlar bulunmalıdır
3. İğnelerin ucu ultrason altında iyi görüntü vermesini sağlayacak biçimde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 4.İğneler 16 G kalınlık ve 10 cm uzunlukta , 16 G kalınlık ve 15 cm uzunlukta , 18 G kalınlıkta ve 15 cm uzunluğunda seçilebilmelidir.
- 5.Tabanca, alınacak biyopsinin yerine uygun olarak hem yandan hemde arkadan tetiklenebilmelidir.
6. Tabanca tek el ile kullanıma uygun olmalıdır.
7. Tabanca tek kullanımlık olmalıdır.
- 8.Ürün ulusal bilgi bankası kodu olup sağlık bakanlığınca onaylı olmalıdır.
- 9.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 10.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 11.Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 12.Bir adet örnek gönderilmesi, denenmesi ve ona göre alımı yapılması gerekmektedir.


Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Muhammed Ali ŞİŞİK
Radyoloji
Dip. Tec. No: 176203


Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Onur
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tecil No: 176203