

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.01.2026

Sayı: 96

Konu: ONKOLOJİ BİRİMİ İÇİN 3000 ADET KAPALI SİSTEM İĞNESİZ İLAÇ TRANSFER SETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KEMOTERAPİ İÇİN TRANSFER SETİ KAPALI SİSTEM			3000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KAPALI SİSTEM İĞNESİZ İLAÇ TRANSFER SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set; IV konnektörler, infüzyon setleri ve intravasküler uygulama setleri ile uyumlu olmalıdır.
2. Set, iğnesiz sistemle ilaç hazırlama ve uygulamaya uygun, kapalı sistem özelliğine sahip olmalıdır.
3. Set en az aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır:
 - 1 adet sivri serum giriş ucu
 - 1 adet kapalı iğnesiz valfli Y konnektör
 - 1 adet klemp
 - 1 adet hidrofobik havalandırma filtreli kapak
 - Işığa duyarlı ilaçlar için ışıktan korumalı, DEHP içermeyen hortum
4. Setin distal ucunda, sıvı çıkışını engelleyen hidrofobik kapak bulunmalıdır.
5. Set üzerinde bulunan klemp ile sıvı akışı gerektiğinde güvenli şekilde durdurulabilmelidir.
6. Ürün ucundaki konnektör, antineoplastik (sitotoksik) ilaçlarla kimyasal olarak geçimli olmalı ve temas sonrası fonksiyonunu kaybetmemelidir.
7. Kullanım sırasında, konnektör içinden geçen sıvı yalnızca dış ortamla bağlantısı olmayan iç akış kanalından ilerlemeli, dış yüzeyle temas etmemelidir.
8. Konnektörler Luer-Lock bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
9. Konnektör; alkol, betadin ve klorheksidin gibi yaygın dezenfektanlarla geçimli olmalıdır.
10. Sıvı aktarım bölümü; kapalı, iğnesiz, valfli konnektör yapısında olmalıdır.
11. Ürün lateks ve fitalat (DEHP) içermemelidir.
12. Y bağlantı ucundaki konnektör, bağımsız halde kapalı bir sistem oluşturmalı; mekanik ve mikrobiyolojik bariyer sağlamalıdır.
13. Ürünler EN standartlarına uygun olarak, tekli ve steril ambalajda sunulmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde, ÜTS tarafından onaylanmış ürün barkod numarası bulunmalıdır.
15. İhale değerlendirme sürecinde, en az 2 adet numune talep edilecek ve klinik uygunluk onayı alınacaktır.

Orhan KENÇİ


Niyaz İnce
