

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

27.01.2026

Sayı: 211

Konu: KALİBRASYON HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.02.2026 saat: 11:00 'akadar agrifrhssatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KALİBRASYON HİZMET ALIMLI.			1	ADET		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kısmi teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI

Planlama No 11045
Düzenleyen Ambar
İstek Tarihi 27.01.2026
Öngörülen 27.01.2026
Satınalma Tarihi
Satınalma
Birim/Servisi BİYOMEDİKAL DEPO
İstek Nedeni
Bütçe Kodu

S.No	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Birim	İstek Miktar	Onay Miktar	Mevcut Miktar	Aylık Çıkan	Yıllık Çıkan	SUT Fiyatı	MKYS Fiyatı	En Son Alım Fiyatı	Toplam Tahmini Fiyatı
1		KALİBRASYON HİZMET ALIMI.	ADET	1	1				0,00	0,00	0,00	
Toplam Tahmini Tutarı:												

Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 28/05/2012 tarih ve 5400 sayılı genelgesi gereğince döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla hastanemiz bünyesinde oluşturduğumuz ihtiyaç tespit komisyonunun/...../..... tarihinde ilgili servisin komisyona sunmuş olduğu talebin teminine ilişkin listesi aşağıda belirtilmiş olup, komisyon kararı tutanağıdır.

Dr.İbrahim DOĞU
Başhekim

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Yunus KARAKAL
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Şeyma AYDIN
Satın Alma Personeli

Öznur KARAHAN
Satın Alma Personeli

GEREKÇE

Hastanemizde tanı, tedavi ve izleme amaçlı kullanılan tıbbi cihazların doğru, güvenilir ve izlenebilir ölçüm sonuçları vermesi; hasta ve çalışan güvenliği ile sunulan sağlık hizmetinin kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda kullanılan ölçüm yapan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonlarının yapılması yasal bir zorunluluktur.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve kalite yönetim sistemi (SKS / ISO 9001 vb.) gereklilikleri doğrultusunda; hastanemizde kullanılan tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yetkili ve akredite kuruluşlar tarafından, belirlenen periyotlarda yapılması gerekmektedir.

Kalibrasyon işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılmaması durumunda; yanlış ölçüm sonuçlarına bağlı olarak hatalı tanı ve tedavi uygulamaları, hasta güvenliğinin riske girmesi, hizmet kalitesinin düşmesi ve mevzuata aykırılık söz konusu olabilecektir.

Hastanemiz bünyesinde kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirecek yeterli teknik donanım, akreditasyon ve uzman personel bulunmadığından, söz konusu hizmetin dışarıdan hizmet alımı yoluyla temin edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenlerle; hastanemizde aktif olarak kullanılan tıbbi cihazların güvenli, doğru ve mevzuata uygun şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla kalibrasyon hizmet alımının gerçekleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

YURUS KARAKAL
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Kemal Dikmen
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Murat Kılıç

GEREKÇE

Hastanemizde tanı, tedavi ve izleme amaçlı kullanılan tıbbi cihazların doğru, güvenilir ve izlenebilir ölçüm sonuçları vermesi; hasta ve çalışan güvenliği ile sunulan sağlık hizmetinin kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda kullanılan ölçüm yapan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonlarının yapılması yasal bir zorunluluktur.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve kalite yönetim sistemi (SKS / ISO 9001 vb.) gereklilikleri doğrultusunda; hastanemizde kullanılan tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yetkili ve akredite kuruluşlar tarafından, belirlenen periyotlarda yapılması gerekmektedir.

Kalibrasyon işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılmaması durumunda; yanlış ölçüm sonuçlarına bağlı olarak hatalı tanı ve tedavi uygulamaları, hasta güvenliğinin riske girmesi, hizmet kalitesinin düşmesi ve mevzuata aykırılık söz konusu olabilecektir.

Hastanemiz bünyesinde kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirecek yeterli teknik donanım, akreditasyon ve uzman personel bulunmadığından, söz konusu hizmetin dışarıdan hizmet alımı yoluyla temin edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenlerle; hastanemizde aktif olarak kullanılan tıbbi cihazların güvenli, doğru ve mevzuata uygun şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla kalibrasyon hizmet alımının gerçekleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Yunus KARAKAL
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

Kemal DİKMEN
Amin

Burhan KUL

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
2026 YILI TEST VE KALİBRASYON HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kalibrasyon hizmeti sunacak firma; hastanedeki kalibrasyon hizmetlerine ilişkin çalışmalarını kalite yönetim sürecine uygun olarak belgelendirme müracaatında öngörülen süreden önce tamamlanmış olmalıdır. Firma işin başlayış tarihinden itibaren (3) üç iş günü sonunda ihale konusu olan işi bitirip teslim etmek zorundadır.
- 2- Kalibrasyon hizmeti sunulacak şirket tarafından idari bünyesindeki tüm tıbbi tanı teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan cihazların ve ekipmanlarının bulunduğu envanterde öncelikle KALİBRASYONA dahil olanları belirlenmesi için idare ile koordineli olarak detaylı çalışma yapılacak olup; bu çalışma sırasında bizzat idarede bölümler ziyaret edilerek teyit alınacaktır.
- 3- Kalibrasyon Hizmeti sunacak şirket ISO EN IEC12426 standartlarına göre uluslararası geçerliliği olan bir firma (türkak) tarafından akreditasyonu yapılmış olmalı ve akreditasyon kapsamında şebeke gerilimi ile çalışan tüm biyomedikal cihazların elektriksel güvenlik deneyleri olmalıdır. Söz konusu akreditasyon belgesi fiyat teklifi aşamasında idareye sunulacaktır.
- 4- Kalibrasyon hizmeti sunacak şirket "TS-EN-ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalı ve bahse konu belgenin kapsamı biyomedikal cihazların kalibrasyon hizmetleri olmalıdır. Söz konusu belge fiyat teklifi ile birlikte idareye sunulacaktır.
- 5- Kalibrasyon hizmeti sunacak şirket akredite olduğu faaliyetler kapsamında kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesi hususu ile ilgili olarak TÜRKAK tarafından düzenlenen akredite belge inceleme formuna sahip olmalıdır. Söz konusu belge fiyat teklifi ile birlikte idareye sunulacaktır.
- 6- Kalibrasyon hizmeti sunacak şirket TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalı ve verilen hizmetin kapsamında TSE 13201 yetkili servisler bulunmalıdır. Söz konusu belge fiyat teklifi ile birlikte idareye sunulacaktır.
- 7- İdarede gerçekleştirilecek olan kalibrasyon teste işlemleri esnasında kullanılacak referans cihazlarının uluslararası izlenebilirliği olacak ve uluslararası izlenebilirliği gösterir ithalatçı firma tarafından onaylı "teyit yazısı" ile kalibredir kalibrasyon sertifikaları istekli tarafından teklif dosyasında sunulacaktır. Ayrıca kalibrasyon esnasında kullanılacak kalibratör cihazlarını geçerli tarihli kalibrasyon sertifikaları fiyat teklifi ile birlikte idareye sunulacaktır.
- 8- Kalibrasyon işlemi JCI, TSE ve ECRI tarafından kabul edilir parametlerde yapılacaktır.
- 9- Teknik şartname EK'inde sunulan ve kalibrasyonu yapılması gereken cihazların karşılarında belirtilen kalibrasyon parametre süreleri bir yıllık olmak üzere YÜKLENİCİ tarafından takipleri yapılarak o yıl içerisindeki dönemlerde tekrarlanarak kalibrasyonları yenilecek ve tekrar kalibrasyon sertifikası ile belgelendirilecektir. İstenilen dönemlere ait yıl içerisinde tekrarlanacak olan kalibrasyon işlemleri ilk teklifteki birim fiyatlar geçerli olacak şekilde tekrar faturalandırılacaktır.
- 10- İlgili firma; idareye yayınlanan kalibre edilecek cihazları başka sağlık kuruluşlarında da kalibre etkilerini gösterir referans çizelgelerini (Kurum/idarelerin iletişim bilgilerini kapsayacak şekilde) idareye sunulacaklardır.



- 11- İkinci faz kalibrasyonlar sınıfına giren, yeni alınan biyomedikal cihazların kalibrasyonları ile; kalibrasyon test işlemlerinin sonuçlandırılmasından sonra yüklenici şirket tarafından düzenlenecek olan kalibrasyon sertifikalarının geçerlilik süresi olan dönem içerisinde bakım/onarım sebebi ile müdahale edilmesi sonucu kalibrasyonları bozulmuş olan cihazların kalibrasyon test işlemleri ilk teklifteki birim fiyatlar geçerli olacak şekilde tekrar kalibrasyona tabi tutulacaktır. Bu husus ilgili şirket tarafından yazılı olarak TAAHHÜT edilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.
- 12- İdarece yayınlanan kalibrasyon hizmet alımı cihaz listesinde mevcut kalemler (+,-10) değişim gösterilebilecektir. Bunun dışındaki artışlarda idarenin yazılı izni olmadan cihazlara hiçbir müdahale yapılmayacaktır.
- 13- İdarede yapılacak olan kalibrasyon hizmeti, idarenin belirleyeceği tarihte başlayacak ve cihazların kalibrasyonu bitene kadar aralıksız devam edecektir.
- 14- Cihazların kalibrasyon önceliği ve sırası, idarenin kalibrasyon ekibi tarafından belirlenecektir.
- 15- Kalibrasyon işlemleri idarenin görevlendirdiği bir mihmandar personelin gözetiminde yapılacaktır. Mesai saatleri dışındaki yapılacak olan kalibrasyon işlemleri idarenin yazılı izni doğrultusunda yapılacaktır.
- 16- Kalibrasyon hizmetini gerçekleştirecek olan firma; idare yönetiminin satın alma sonrası bildirdiği tarihte idarede hazır bulunacaktır.
- 17- Kalibrasyonu yapılan bütün cihazların "Kalibrasyon sertifikaları" ile firmaya ait kalibrasyon referans test cihazlarının (kalibratörlerin), uluslar arası akredite bir kurum tarafından izlenebilirliği olan geçerli tarihli sertifikaları da kalibrasyon sertifikaları dosyasında (tek dosya içerisinde) bölümlendirilerek/sınıflandırılarak sunulacak. Kalibrasyon ölçümünden geçen her bir cihaz için özel sertifika ve test sayfası ile elektrik güvenlik test sonuçları ayrı ayrı sunulacaktır.
- 18- Kalibrasyon test işlemleri yapılacak olan tıbbi cihazların "arıza-tespit-onarım ve periyodik bakım" işlemlerine karışılmayacak, kısmi veya tamamen "KULLANIM DIŞI" olan ekipmanları veya "BU İŞLEV KULLANIM DIŞI" olarak etiketlendirilecek ve bu işlem sonunda bu etikete sahip tüm cihazlar kalite birimine rapor edilecektir.
- 19- Sahadaki kalibrasyon test işlemleri; biyomedikal konusunda uzmanlık yapmış Biyomedikal Uzmanı & Biyomedikal- Elektronik ve Fizik bölümü minimum yüksek okul mezunu teknikerler/biyomedikal mühendisleri tarafından gerçekleştirilecektir. Sahada görev yapacak olan yetkili personelin üniversite diplomalrı, uzmanlık ve eğitim belgeleri, kalibrasyon yapabilme yetkisi veren ve izlenebilirliği olan kişisel kalibrasyon eğitim belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır.
- 20- Testi geçebilen tüm cihazlara tek tek bilgi etiketi (kalibrasyon etiketi) yapıştırılacaktır. Bu etiketler anti bakteriyel, silinmez, yanmaz, yırtılmaz özellikte olacaktır. Etiket üzerinde ilgili, firmanın "logosu, kalibrasyon tarihi, periyodu, geçerlilik tarihi ve izlenebilirlik için sertifika numarası) yazılmış olacaktır.
- 21- Saha operasyonunun tamamladığı haftayı takip eden yirmi günlük periyotta kalibrasyon dosyası kalite birimine eksiksiz olarak teslim edilecektir.
- 22- Her türlü yol, konaklama, yemek vb. giderler yüklenici şirket tarafından karşılanacak olup, bunlarla ilgili idareden kesinlikle herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

- 23- Cihazların tümü hastane içerisindeki mevcut lokasyonlarında yeri değiştirilmeden işlem görecektir. Yüklenici tarafından fiyat teklifinde belirtilen biyomedikal cihazlar dışında herhangi bir cihaza müdahale yapılmayacağı gibi kalibrasyon işlemleri veya bakım-onarım faaliyetleri sebebiyle idare dışına cihaz çıkarmak yasaktır.
- 24- Kalibrasyon test işlemi yapılacak olan mevcut biyomedikal cihazlar içerisinde kalibrasyon test işlemleri için yüklenici şirketi merkez laboratuvarına götürülmesi gereken kalemlerdeki söz konusu cihazlar; idare ve firma ortak görüşü kapsamında bir tutanakla teslim edilecek/alınacak olup, işlemlerin tamamlanmasını müteakip tekrar idareye teslim edilecektir. Tüm bu işlemler ve gönderimler için idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, tüm masraflar yüklenici şirket tarafından karşılanacaktır.
- 25- Denetim gereği olması gereken ve şebeke gerilimi ile çalışan tüm cihazların elektriksel güvenlik testleri IEC 60601-1 direktifine göre ÜCRETSİZ yapılacak ve dosyaya eklenecektir.
- 26- Kalibrasyon işlemi veya transfer sırasında arızalanma, düşme, kırılma vb. olayları tamlamadan ilgili yüklenici şirket sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasar ÜCRETSİZ telafi edilecektir.
- 27- İlgili şirket tarafından kalibrasyon işlemleri için görevlendirilen personele ait her türlü iş güvenliği konusunda kendisi yükümlüdür.
- 28- Yüklenici şirket teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen hususlara dair "teknik şartnameye uygunluk yanıtı" hazırlayacak ve teklif dosyasında sunulacaktır. **(Muhtelif Küçük cihazlar listeye dahil olmayıp ek ücret talep edilmeden kalibrasyon hizmeti yapılacaktır).**

KALİBRASYON YAPILACAK CİHAZ VE MİKTAR AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

4/

Bak

Amir

NO	CİHAZ İSMİ	ADE T	AKTİF	PASİF	MARKA	MODEL	SERİ NO	KÜNYE NO	EDİNİM YILI
1.	DEFİBRİLATÖR C CİHAZI	1	1	0	COMEN	S5	5522112802 6	1018322416	2022
2.	EKG CİHAZLARI, 12 KANALLI KABLOSUZ	1	1	0	NIHON KOHDEN	İMAC 12	L228211314 CTOXN0013	1018333583	2022
3.	İNFÜZYON POMPALARI	1	1	0	COMEN	ME600	58461	1018333580	2022
4.	ASPIRATÖR CİHAZI (ÇİFT KAVANOZLU), TAŞINABİLİR	1	1	0	BIÇAKÇILAR	M4E600	2585	1018329557	2022
5.	TIBBİ MONİTÖR CİHAZI	1	1	0	PHILIPS	EFFİCİA CM120	CN12008586	1018084029	2022
6.	TIBBİ MONİTÖR CİHAZI	1	1	0	PHILIPS	EFFİCİA CM120	CN1200872 B	1018084030	
7.	KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI	1	1	0	VİTALPLUS2	PM1-300	2300OCA68 18	1018690300	2022
8.	KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI	1	1	0	VİTALPLUS2	PM1-300	2300OCA68 18	1018690300	2022
9.	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI	1	1	0	VZN			1018690292	2022
10.	ATEŞ ÖLÇER	1	1	0	NON- CONTACT	F106	DT0308	1018690297	2022
11.	TANSİYON ALETİ	1	1	0	ENDOSTALL	EN-TN-A11		1018690223	2022
12.	DEFİBRİLATÖR CİHAZI	1	1	0	COMEN	S5	5522112802 9	1018322415	2022
13.	EKG CİHAZLARI, 12 KANALLI KABLOSUZ	1	1	0	NIHON KOHDEN	İMAC 12	L22821314C TOXN0009	1018333582	2022
14.	İNFÜZYON POMPALARI	1	1	0	COMEN	ME600	M62212080 02	1018333579	2022
15.	ASPIRATÖR CİHAZI (ÇİFT KAVANOZLU), TAŞINABİLİR	1	1	0	BIÇAKÇILAR	M4E600	2732	1018329556	2022
16.	TIBBİ MONİTÖR CİHAZI	1	1	0	PHILIPS	EFFİCİA CM120	CN12008734	1018084028	2022
17.	KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI	1	1	0	VİTALPLUS2	PM1-300	Q01E1E	1018690298	2022
18.	KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI	1	1	0	VİTALPLUS2	PM1-300	Q01BN0	1018690299	2022
19.	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI	1	1	0	VZN			1018690291	2022
20.	NEBÜLİZATÖR	1	1	0	ONCOMED	AL-50	20403025	1018690224	2023
21.	NEBÜLİZATÖR	1	1	0	ONCOMED	AL-50	20403026	1018690227	2023
22.	NEBÜLİZATÖR	1	1	0	ONCOMED	AL-50	20403027	1018690226	2023
23.	NEBÜLİZATÖR	1	1	0	ONCOMED	AL-50	20403028	1018690228	2023
24.	NEBÜLİZATÖR	1	1	0	ONCOMED	AL-50	20403029	1018690229	2023

25.	NEBÜLİZATÖR	1	1	0	ONCOMED	AL-50	20403024	1018690225	2023
26.	TANSİYON ALETİ	1	1	0	ENDOSTALL	EN-TN-A11		1018690290	2022
27.	YAĞ ANALİZ SİSTEMLERİ	1	1	0	INBODY	INBODY 120	F321004701	1018881645	2023
28.	ESWT	1		0	ELMED-VİBROLİTH ORTHE	ORTHO VR001	2234 VR 327	1018195002	2022
29.	CPM CİHAZI DİZ-KALÇA	1	1	0	FİZYOMED	FİZYOFLEX 2000	FFX2023032	1018796138	2023
30.	DİATERMİ -KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	300A	CBE00325	1019139370	2024
31.	DİATERMİ -KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	300A	CBE00326	1019139371	2024
32.	DİATERMİ -KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	300A	CBE00320	1019139372	2024
33.	DİATERMİ -KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	300A	CBE00327	1019139373	2024
34.	DİATERMİ -KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	300A	CBE00319	1019139374	2024
35.	DİATERMİ -KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	300A	CBE00323	1019140415	2024
36.	HİDRO TERAPİ KÜVETİ - CİHAZI	1	1	0	ZRV			1019139368	2024
37.	HİDRO TERAPİ KÜVETİ - CİHAZI	1	1	0	ZRV			1019139367	2024
38.	PARAFİN KAZANI	1	1	0	fitmed			1019139369	2024
39.	CPM CİHAZI OMUZ	1	1	0	KİNETEC	KİNETEC CENTURA	40932	1019139364	2024
40.	VAKUM TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	AVACO	VAA00135	1019140416	2024
41.	VAKUM TERAPİ CİHAZI	1	1	0	ASTAR	AVOCO	VAA00134	1019140417	2024
42.	KOŞU - YÜRÜYÜŞ BANDI	1	1	0	RUNNER	RUN 7410-J	30624002	1019139366	2024
43.	DİK DURMA DESTEK CİHAZI	1	1	0	ŞÇ-Şirin Çelik	JCB35Q	11092691	1019139365	2024
44.	HOT PACK KAZANI / ÜNİTESİ	1	1	0	ZRV			1019140426	2024
45.	İNFRARUJ (IR) CİHAZI TEKLİ	1	1	0	IMS İPEK			1018772230	2023
46.	İNFRARUJ (IR) CİHAZI TEKLİ	1	1	0	IMS İPEK			1018772231	2023
47.	STİMÜLATÖR TERAPİ CİHAZI	1	1	0	EVERYWAY	EV-906A	22260197	1018772415	2023

Yıldırım

Şişir

Adnan

48.	TRAKSİYON CİHAZI MANUEL	1	1	0	TRUTRAC	R1210	23111514-001	1018881644	2023
49.	SABİT BİSİKLET	1	1	0	DYMOS	DYMOS EB520	0000016508 95	1018772233	2023
50.	RÖNTGEN CİHAZI	1	1	0	SPECTRA	SPECTRA 55S	SU4220340	1018042091	2022
51.	PULSE METRE	1	1	0	BIOLIGHT	M800	M08B00034 05	1018352224	2022
52.	PULSE METRE	1	1	0	BIOLIGHT	M800	M08B00034 93	1018352225	2022
53.	PULSE METRE	1	1	0	BIOLIGHT	M800	M08B00033 91	1018352666	2022
54.	PULSE METRE	1	1	0	BIOLIGHT	M800	M08B00034 48	1018352667	2022
55.	MORG ÜNİTESİ	1	1	0	BNT	BNT DPE1		1018341552	2022
56.	STİMÜLASYON CİHAZI	1	1	0	TENSTEM	TENSTEM ECO BASİC	2302174J1	1019424936	2024
57.	STİMÜLASYON CİHAZI	1	1	0	TENSTEM	TENSTEM ECO BASİC	2302178J1	1019424937	2024
58.	STİMÜLASYON CİHAZI	1	1	0	TENSTEM	TENSTEM ECO BASİC	2302170J1	1019424938	2024
59.	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI	1	1	0	FARMAKİT	FARMAKİT	14074	1019424939	2024
60.	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI	1	1	0	FARMAKİT	FARMAKİT	14075	1019424940	2024

Yunus KARAKAL
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İbrahim Kılıç

Uenal Dikmen