



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-302955016
Konu : Teklif Davet

27.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ACİL SERVİSİMİZ İÇİN 5 ADET TAHTA SEDYE (SIRT TAHTASI)ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/02/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TAHTA SEDYE (SIRT TAHTASI)	ADET	5		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Verileceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumlaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güncel elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E19A3DCD-0B06-4E29-8984-BF219455765B

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



OMURGA TAHTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Omurga tahtası, yüksek mukavemetli yüksek dansiteli polietilen içerikli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Omurga tahtasının yüzeyi deterjanlarla ve dezenfektanlarla kolay temizlenir olmalıdır.
3. Omurga tahtası suya karşı dirençli olmalıdır.
4. Omurga tahtası baş sabitleyicisiyle kullanıma uygun tasarımı olmalıdır.
5. X ışınlarını geçirgen olmalı, X-ray, CT veya MRI'da alınan görüntülerde artefakt oluşturmamalıdır.
6. Omurga tahtasının sırt tahtası kenarında taşımayı kolaylaştıracak 4-12 adet geniş el tutma boşluğu olmalıdır.
7. Omurga tahtasının bu boşluklarında en az ikisinde hasta sabitleme kemeri takılabilir olmalıdır.
8. Omurga tahtasının Boyutları;
 - Uzunluk: Minimum 183, Maksimum 187 cm arasında olmalıdır.
 - Genişlik: 40-45 cm olmalıdır.
 - Kalınlık: 3-4,5 cm olmalıdır.
 - Ağırlık: 3-9 kg olmalıdır.
9. Omurga tahtasının taşıma kapasitesi: Minimum 150 kg ağırlık için uygun olmalıdır.
10. Omurga tahtasının hastayı sabitlemek için en az 3 (üç) adet emniyet kemeri olmalıdır.
11. Klinikte denenerek uygunluk verilecektir.

Acil Sorumlu Hekim
Behçet Karayon
[Signature]

Taha Yasin KOC
Kalite Birim Sorumlusu
[Signature]

DOÇ.DR. TAŞAK ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi
[Signature]