



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-302956612
Konu : Teklife Davet

27.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ACİL SERVİSİMİZ VE ÇOCUK SERVİSİMİZ İÇİN 4 ADET ÇOCUK YATAĞI SÜNGERİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/02/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ÇOCUK YATAĞI SÜNGERİ	ADET	4		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğimiz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün ÜBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 69C694C2-03B3-4C14-A369-8DDAF3F2E083

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: dogubayazitdh@saglik.gov.tr
Kop Adresi: dogubayazitdh@hs01.kop.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



ÇOCUK YATAĞI SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta karyolasının fonksiyonel hareketlerine tamamıyla uygunluk göstermelidir.
2. Medikal yatak koruyucu normlarına uygun poliüretan laminasyonlu olmalıdır.
3. Kılıf sıvı geçirmez tabaka içinde insan sağlığına zararlı arsenic, lead, cadmium, choromium, cobalt, nicel, mercury, antimony.. vb gibi kimyasalları barındırmamalıdır.
4. Kılıf yüksek oranda sıvı absorbe edebilmelidir.
5. Kılıfı; elastikiyeti, yırtılmaya karşı mukavemeti, su geçirmeme özelliği, nefes alma özelliği olmalıdır.
6. Kılıf gözenekli, nefes alma özelliği ile kullanıcıyı terletmeyen ve böylece uzun süre yatan hastalarda dekübitus oluşumunu engellemelidir.
7. Kılıf herhangi bir kimyasal, kan ve likid solusyonların yatağa geçmesini engellemelidir.
8. Kılıf silinebilir özellikte olup 90 C’de sterilize edilebilmelidir.
9. Yatak ebatları, 130x70x20 cm olmalıdır
10. Süngeri 32 dansite yoğunlukta olmalıdır.
11. Hasta yatağının 2 yıl çökme yapmama garantisi mevcut olmalıdır.

NOT: Malzeme alımı öncesinde numune getirilip uygunluğu değerlendirildikten sonra alıma karar verilecektir.

Acil servis sorumlusu
Behlül Kaya


Taha Yasin KOC
Kalite Birimi


DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi
