



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-303054033
Konu : Teklife Davet

28.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 ADET EL YIKAMA ÜNİTESİ** ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 04.02.2026 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AMELİYATHANE EL YIKAMA ÜNİTESİ	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: B5CCD8A6-C9A3-4DDF-B209-E309D60893C7

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



AMELİYATHANE EL YIKAMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün Tipi: El Yıkama Ünitesi
- **El Yıkama Ünitesi Özellikleri**
- El Yıkama Ünitesi Tipi: İKİLİ
- El Yıkama Ünitesi Eni (cm): 67
- El Yıkama Ünitesi Geniřlięi (cm): 160
- El Yıkama Ünitesi Yükseklięi (cm): 125,5
- Evye Bölümü Malzemesi: 304K Paslanmaz elik
- Evye Bölümü Malzeme Kalınlıęı (mm): 1,2
- Gvde Malzemesi: 304K Paslanmaz elik
- Gvde Malzeme Kalınlıęı (mm): 1,2
- Su İin Diz Kumandası: EVET/VAR
- Su İin On/Off Fotoseli: EVET/VAR
- Sabun İin Diz Kumandası: EVET/VAR
- Bölümler Arası Ayra: EVET/VAR
- Ařırı Sıcak İin Emniyet Termostatı: EVET/VAR
- Su Filtresi: EVET/VAR
- Dezenfektan Sıvı Kapasitesi (L): 1,5

Dięer Özellikler

Alt kısımda temizlięi kolaylařtıran baza kısmı, su yönlendirici ve artırıcı batarya ucu bulunmaktadır.

Ürün görseli temsilidir.



Taha Yasin KO
Kalite Birim Sorumlusu

Semih ELİK
Tıbbi Sekreter

DO. DRYAŐAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambal Birimi

GEREKÇE

1. Hastanemizde Ameliyathane biriminde Cerrahi el yıkama esnasında gerekli sterilitenin sağlanması ve hali hazırda bulunan scrub haznelerinin cerrahi el yıkamaya bazı durumlarda elverişli olmaması nedeniyle ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gerekçeyi Düzenleyen Personelin

Adı Soyadı:

Ünvanı :

Tarih :

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

12.01.2026



101165-K4674 8683229021128 CYBER FORCE EY-02 El Yıkama Ünitesi

Tedarikçi: [UZUMCU HASTANE EKİPMANLARI METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ](#)

[Çıkart](#) [Favorilere Ekle](#) [Karşılaştıra Listesine Ekle](#)

Cyber Force EY-02 Doktor El Yıkama Ünitesi Çiftli Eviyeli

41.715,60 ₺ + Vergiler

50.058,72 ₺ (Vergiler Dahil)



- 1 +

Sepete Ekle

Birim Fiyat: 41.715,60 ₺

Vergi(KDV) Oranı: %20

DMO Ürün Kodu: 101165 -K4674

Orijinal Ürün Kodu: EY-02

Yerli Katkı Oranı: % 60,37

Yerli Mali Belgesi Geçerlilik Tarihi: 1.10.2025 - 1.10.2026

Ölçü Birimi: Adet

Garanti Süresi: 24 (Ay)

Teknolojik Düzey: Orta

Ürüne Ait Tedarik Formları

[Malzeme İstemi Formu](#)

[Tedarik Teslimatı Tutanağı](#)

[Ürün Teslimatı Tutanağı](#)

Satış Koşulları

Tedarikçi: UZUMCU HASTANE EKİPMANLARI METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tedarikçi İletişim: 444 7151

Asgari Sipariş Tutarı: 55.000,00 ₺ (Vergiler Hariç)

Sözleşme Geçerlilik Tarihi: 11.10.2024 - 11.10.2026

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Açıklayıcı Birim

Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter

Ürün Özellikleri

DMO Genel Özellikler

Ürün Tipi:	El Yıkama Ünitesi	Orjinal Ürün Kodu:	EY-02
------------	-------------------	--------------------	-------

Hastane Donanımı Özellikleri

Marka:	CYBER FORCE	Model:	EY-02
UBB/UTS Kodu:	868J229021128		

El Yıkama Ünitesi Özellikleri

El Yıkama Ünitesi Tipi:	İkiL	El Yıkama Ünitesi Eni (cm):	67
El Yıkama Ünitesi Geniliği (cm):	160	El Yıkama Ünitesi Yüksekliği (cm):	125.5
Evye Bölümü Malzemesi:	304K Paslanmaz Çelik	Evye Bölümü Malzeme Kalınlığı (mm):	1.2
Gövde Malzemesi:	304K Paslanmaz Çelik	Gövde Malzeme Kalınlığı (mm):	1.2
Su İçin Diz Kumandası:	EVET/VAR	Su İçin On/Off Fotoseli:	EVET/VAR
Sabun İçin Diz Kumandası:	EVET/VAR	Bölümler Arası Ayraç:	EVET/VAR
Aşın Sıcak İçin Erimeyet Termostatu:	EVET/VAR	Su Filtresi:	EVET/VAR
Dezenfektan Sıvı Kapasitesi (L):	1.5		

Diğer Özellikler

Alt kısımda temizliği kolaylaştıran baza kısmı, su yönlendirici ve artırıcı batarya ucu bulunmaktadır.

Ürüne Ait Teknik Resimler



Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YASIN KERTİMAZ
DOĞURAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Amirhan KAYMAK

Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter