

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/92
KONU : Teklife Davet

30//01/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **İKİ YOLLU LATEKS FOLEY İDRAR SONDASI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/02/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	İKİ YOLLU LATEKS FOLEY İDRAR SONDASI NO:16F	100	ADET		
2	İKİ YOLLU LATEKS FOLEY İDRAR SONDASI NO:18F	100	ADET		

Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TUTANAK

İKİ YOLLU LATEKS FOLEY İDRAR SONDASI NO: 16F, 18F adlı malzeme stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut DMO ihalesinde fiyat verilmedi. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane genel işleyişinin sürmesi için acilen temin etmemiz gerekmektedir. 30/01/2026

Engin YILDIZ
TKY

SMT1144 FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, LATEKS

SMT Temel İşlevi:	1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün %100 doğal lateksten ve/veya slikolateksten yapılmış olmalıdır. 3. Sondalar 16, 18, F olarak değişik boyutlarda olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Pediatrik sondanın kılavuz teli olmalıdır. 5. Kılavuz tel uygun sertlikte olmalıdır. Kırılıp bükülmemelidir. Sonda takılıp, çıkartılırken kılavuz tel kolay takılıp çıkarılabilmeli, sonda ve mesaneye zarar vermemelidir. 6. Sonda, uzun süreli kullanımlarda sertleşmemeli, tahriş etmemeli ve dokuda travma oluşturmamalıdır. 7. Sonda, yuvarlatılmış kapalı distal ucu ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkla olmalıdır. 8. Silikon sondalarda ürünün radyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak çizgi bulunmalıdır. 9. Sondanın balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda 1cm($\pm$ 2) mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalıdır. 10. Sondanın balonu kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su, kolay ve tamamen boşaltılabilmelidir. 11. Sondanın balonu şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemelidir. 12. Sondanın balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, fazladan bir güç gerektirmemelidir. 13. Sondanın balonu şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da valfi enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirme işlemini zorlaştırmamalıdır. 14. Sonda 2 yollu ve ucu 2 delikli olmalıdır. 15. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 1-50 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen çevresinde simetrik şişmelidir. 16. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmelidir.



SMT1144 FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, LATEKS

	17.Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. 18.Sondanın çapı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın “Y” ucunda belirtilmiş olmalıdır.
Genel Hükümler:	19. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.


Engin YILDIZ
Ezsinir Kağıt Yekilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılama Miktar	Karşılama Tarihi	Karşılama Birim Adı	Karşılama Birim Adı	Sistem Açıklama
FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 14 F, SONDA FOLEY NO:14 İKİ YOLLU LATEX	08699444862842	Karşılama	200	0	29.01.2026	BURSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	
FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS, 18F, 2 YOLLU FOLEY KATETER LATEKS (SİLİKON KAPLI) NO:18FR (FOLEY SONDA İKİ YOLLU 18F)	08904194100824	Karşılama	200	0	21.01.2026	ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	
FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS, 16F, 2 YOLLU FOLEY KATETER LATEKS (SİLİKON KAPLI) NO:16FR (FOLEY SONDA İKİ YOLLU 16F)	08904194100817	Karşılama	200	0	21.01.2026	ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	
FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 14 F, 2 YOLLU FOLEY KATETER LATEKS (SİLİKON KAPLI) NO:14FR (BST- FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 14 F)	8904194100800	Karşılama	200	0	19.01.2026	İZMİR	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ	ÜRÜN STOK YETERSİZ.
FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS, 18F, 2 YOLLU FOLEY KATETER LATEKS (SİLİKON KAPLI) NO:18FR (FOLEY SONDA İKİ YOLLU NO: 18 FR, (DMO))	8904194100824	Karşılama	200	0	16.01.2026	ŞANLIURFA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	HASTANEMİZİN İHTİYACIDIR.
FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, LATEKS, 22F, DMO - FOLEY SONDA LATEKS 22FR (2 YOLLU)	08699444862880	Karşılama	20	0	19.02.2025	ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ	HASTANEMİZİN KENDİ İHTİYACIDIR.
FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, LATEKS, 22F, FOLEY SONDA LATEKS 22FR (2 YOLLU)	8699444862880	Karşılama	28	0	23.01.2025	ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ	
FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, LATEKS, 22F, FOLEY SONDA LATEKS 2 YOLLU 22 F	8699444862934	Karşılama	110	0	24.12.2024	BİNGÖL	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ	

YILDIZ
Devlet Hastanesi

Malzeme Adı	Parti No	Miktar	Ölçü	Satınalma No / Jenerik Kodu	IKN	Tarih / Pazarlık Tarihi	Alım Yapılan Firma	Alım Yapılan Ürün	Birim Fiyatı (TL)	Talep Durumu	Alım Durumu
Foley Sonda, İki Yollu, Lateks, 18F	1	20	Adet	SMT1144.270001696	2025/2448919	29.12.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Lateks, 18F	1	20	Adet	SMT1144.270001696	2025/2041819	24.11.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Lateks, 20F	1	20	Adet	SMT1144.270001698	2025/2448919	29.12.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Lateks, 20F	1	20	Adet	SMT1144.270001698	2025/2041819	24.11.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Lateks, 6F	1	10	Adet	SMT1144.270004073	2025/2448919	29.12.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Lateks, 6F	1	10	Adet	SMT1144.270004073	2025/2041819	24.11.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Silikonlateks, 6F	1	10	Adet	SMT1144.270002627	2025/2448919	29.12.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Silikonlateks, 6F	1	10	Adet	SMT1144.270002627	2025/2041819	24.11.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Foley Sonda, İki Yollu, Silikon, 10F	1	10	Adet	SMT1144.270002908	2025/2448919	29.12.2025 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek

YILDIZ
Tayınir Kayıt Yetkilisi
Oyadın Devlet Hastanesi