

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.02.2026

Sayı: 103

Konu: 30 ADET 40 LT OKSİJEN TÜPÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 - 230 BAR 37.1 - 40.0 LT			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yed) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

40 LT OKSİJEN TÜPÜ ŞARTNAME

1. Tüpün ağız kısmında bulunan kapak dişlisi Alüminyum 6061 alaşımdan imal edilmiş olmalı ve başka herhangi bir materyal içermemelidir, kesinlikle mıknatıs çekmemelidir. Mıknatıs çeken tüpler kabul edilmeyecektir.
2. TSE veya Türk Loydu ADR RID 2019 6.2 sertifikası olmalıdır.
3. Tüp ISO 7866 standartlarını karşılayan Modül B ve Pi sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Çalışma basıncı en az 200 Bar, test basıncı en az 300 bar olmalıdır.
5. Tüpün boyun kısmında üretici firma bilgileri, üretim tarihi, çalışma basıncı, test basıncı, oksijen dolumuna uygun olduğunu gösterir 02 yazısı, UN Damgası ve sertifikasyon bilgisi kazınmış harflerle yazılmış olmalıdır.
6. Tüple birlikte kromaj kaplı TS EN ISO 10297 veya dengi Uluslararası onaylı kuruluşlardan belgelendirilmiş oksijen vanası verilmelidir.
7. Tüple birlikte kırılmaz plastikten mamul vana koruma kapağı verilmelidir.
8. Tüp kırılmaz plastik taşıma kapağı ile birlikte verilmelidir.
9. Tüp RAL 9010 beyaz boyalı olmalıdır.
10. Tüpün vana giriş diş ölçüsü oksijen standartına uygun 25E konik ölçüde olmalıdır.
11. Tüplerin iç yüzeylerinde buhar ve yağ alma temizliği yapılmış olmalı, kir ve tufal bulunmamalıdır.
12. Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olmalıdır. Tüplerin üretim tarihi alım yapılan tarihten itibaren bir yıldan daha eski olmamalıdır.
13. Tüp 40 lt su hacminde olmalıdır.
14. Tüpün yüzeyi korozyona karşı dirençli olmalıdır. Tüp yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
15. Tüpler RAL 5002 koduna uygun lacivert renkte boyanmış olmalıdır. Gövde kısmı parlak satinaj üzerine vernik uygulaması yapılmış olmalıdır.
16. Tüpler üzerine takılan vanalar TS EN 10297 standardına uygun olmalı ve taşınabilir basınçlı kaplar direktifine (2010/35/EU) uygun olarak Pİ işareti taşınmalıdır.
17. 1 adet tüp numune gönderilmelidir. Tüp geldikten ve uygunluğu muayene kabul komisyonunca belirlendikten sonra sipariş çekilecektir. Teknik şartname ve kullanıma uygun olmayan veya ergonomik olmayan ürünler alınmayacaktır.
18. Son malzeme teslim süresi ihale tarihinden sonra 20 iş günüdür.
19. Ürün teslim tarihi itibarıyla üretim hataları ve teknik hatalara karşı en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
20. Ürünlerin TSE veya CE belgeleri hastanemize sunulmalıdır.
21. Ürünler 1. Kalite ve orijinal, kullanılmamış yeni olmalıdır.
22. Ürünler için istenilen özellikler, sertifikalar ya da standartlar ürün üzerinde, orijinal ambalajında bulunmalıdır.
23. Malzemelerin hastanemize ulaştırılması aşamasında kullanılacak nakliye ve işçi maliyetlerini yüklenici firma bedelsiz karşılayacaktır. İdarenin hastane içerisindeki nakliye ve taşıma işleri yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
24. Tüpün üretim tarihi ayrıca yazılı olarak belgelendirilmelidir.
25. Tüpler boş, vanalı, kapaklı ve filelenmiş olarak teslim edilecektir.
26. Tüpler TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak damgalanmalıdır.
27. Tüplerin, iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek, pas, kir, tufal bulunmayacaktır.

Beyaz Sarı
Beyaz Sarı
Beyaz Sarı

Ömer Yılmaz
Elk. Teknikeri

28. Tüplere ilişkin olarak, ihaleyi alan firma tüpler ile ilgili deney ve sonuçlara ait teknik dosyayı teslimatta idareye sunacaktır.
29. Bu teknik şartname kapsamındaki tüpler TS EN ISO 9809-1, EN ISO 9809-2, EN ISO 9809-3 AB Standartlarından herhangi birisine uygun olarak üretilcektir.
30. Tüpler konkav tabanlı üretilmiş, kendinden ayaklı olacaktır.

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Ömer YILDIR
Etik. Teknikeri