

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE (U 9000) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre Hollow fiber yapıda olmalıdır.
2. Membran materyali sentetik (polyamix veya PAES/PVP) olmalıdır.
Filtrenin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır. Efektif membran yüzeyi alanı 2.0 metrekareden yüksek olmalıdır.
3. Filtre ortalama 600 mmhg basınca dayanıklı olmalı bu basınçlarda rüptür görülmemelidir.
Filtre 90 gün ömürlü olmalıdır.
4. Filtre 150 ısı yıkamasına dayanıklı olmalıdır.
5. Steril ambalajında olmalıdır.
6. Üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
7. Filtre Gambro marka AK96 model cihazlara uyumlu olmalı sorunsuz çalışabilmelidir.
8. Filtre Buhar veya gamma steril olmalı teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl kullanım ömrü olmalıdır.

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Cihan ONUR
Diyaliz Teknikeri
L. Onur