

TEKLİFE DAVET

05.02.2026

Sayı: 116  
Konu: 2 ADET EFOR ECG KABLOSU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.02.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EFOR CİHAZI KABLOSUÇİKT - SNAP UÇLU AHA RENK KODLU SENTOPREN KAPLI 10 LEAD			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## EFOR SİSTEMİ HASTA KABLOSU ŞARTNAMESİ

1. EKG kablosu TEPA marka efor sisteminin X12+ Transfer modülüne uyumlu olmalıdır.
2. Kablo hasta hareketlerinden en az şekilde etkilenen ergonomik yapıda olmalıdır.
3. Kablonun bütün uçları renkli kodlandırmaya göre yapılmış olmalı.
4. Kablo takılış sırasının karıştırılmaması için hasta üzerine takılırken F den başlayarak V6,V5,V4,V3,V2,V1,L,R,N sırasıyla olmalıdır.
5. Kablo tek gövdeden çıkmalı ve uçlarda ayrılmalıdır.
6. Orijinal olmalıdır.
7. Kablo defibrilatör korumalı olmalıdır bu husus teklif dosyasında sunulmalıdır.
8. Kabloların uçları snap adaptör şeklinde olmalıdır standart efor için kullanılan elektrotlara bağlanabilmelidir.
9. Teklif veren firmalar TSE HYB yetki belgesi olmalı ve bu belgede TEPA markasına hizmet verebileceği yer almalıdır.

  
M. D. D. K.  
M. D. D. K.  
M. D. D. K.

  
B. S. S. S.  
Biyomedikal Tekniker

  
E. K. K. K.  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri