



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304463284  
Konu : Teklife Davet

09.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM YAMA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.02.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YAMA (MESH) EMİLEMİYEN, TEK YÜZLÜ, POLİPROPİLEN,10 (≠2) * 15 (≠2) CM	ADET	100		
2	YAMA (MESH) EMİLEMİYEN, TEK YÜZLÜ, POLİPROPİLEN,15 (≠2) * 15 (≠2) CM	ADET	100		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**UYGUNDUR**  
**Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK**  
Başhekim

**NOTLAR**

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: CCCFBB24-79B2-463F-BED9-09E83BF7D6AD

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN  
Sağlık Teknikeri  
Telefon No:



# YAMA (MESH), EMİLEMİYEN, TEK YÜZLÜ

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Ürün, herni, inkontinans/prolaps operasyonlarında doku desteği sağlamak veya köprüleme yapmak amacı ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürün polypropylene (PP) veya polivinylidenefluoride(PVDF) hammaddesine sahip seçenekleri olmalıdır. 3. Ürün, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 4. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5'ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	5. Ürünün duvar kalınlığı 0,4-0,6 mm olmalıdır. 6. Ürünün tüm yüzeyinde ve her yöne doğru basınca dayanıklılığı 14 – 17 kg/cm <sup>2</sup> olmalı veya 463 Kpa üstünde olmalıdır. 7. Ürünün doku gelişimine uygun olarak gözenek genişliği en az 0.5 mm olmalıdır. 8. Ürün kenar örgüleri açık olmamalı, kesilince dağılıp sökülmemeli ve kenarları tiftiklenmemelidir. 9. Ürün sentetik ve emilemeyen bir yapıda olup sürekli doku desteği sağlamalıdır. 10. Ürün inert ve uygulandığı doku ile uyumlu olmalı, yangısal ya da alerjik reaksiyonlar oluşturmamalıdır. 11. Ürün dokuda zamanla büzülmemeli ve küçülmemelidir. 12. Ürün, kolaylıkla bükülüp şekillendirilebilir, esnek ve kolay uygulanabilir olmalıdır. Ameliyat sırasında dokuya kolaylıkla suture ile sabitlenebilmelidir.
<b>Genel Hükümler:</b>	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Ecz. İlhan D. ...  
Dip. No: ...  
Tescil No: ...

Mehmet TUNC

Yokun ...