



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304463820
Konu : Teklife Davet

09.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **150 ADET STERİL İYOTSUZ POŞSUZ DREP ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.02.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STERİL DREP (İYOTSUZ, POŞSUZ,30 (#5) * 30 (#5) CM	ADET	150		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 656CC814-5AC7-419D-ADB1-C2B3CD845425

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



SMT3924 STERİL DREP

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi müdahale esnasında cilt altı dahil operasyon bölgesinde üreyen tüm bakterileri yok edilebilecek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürününüyotlu ve iyotsuz, poşlu ve poşsuzşeklinde çeşitleri olmalıdır. 3. Ürünün bütün tipleri; 30(±5)*30(±5) cm, 30(±5)*70(±5) cm, 45(±5)*45(±5) cm, 45(±5)*60(±5) cm, 60(±5)*90(±5) cm, 75(±5)*75(±5) cm ölçülerinden biri olmalıdır. 4. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5'ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
Teknik Özellikleri:	STERİL DREP İYOTLU(İOBANLI) TİP: 5. Kendiliğinden yapışkanlı cerrahi drapenin bir yüzü cilde yapışabilmesini sağlayan madde ile kaplı olmalı ve sarıldığı yüzeyden kayma ve oynama yapmamalıdır. 6. İki kenarında yapıştırırken tutabilmek için yapışkansız bant olmalıdır. 7. Yapıştırırken gerildiğinde yırtılmamalı ve ıslanma ile yapıştığı yerden kalkmamalıdır. 8. Yapışmaya uygun esneklikte olmalı ve cerrahi işlem sırasındaki ekstremitenin şekil verilme hareketlerinde gevşeyip kendini bırakmamalıdır. 9. Şeffaf olmalıdır. 10. Yapışkan kısmı iyot veya antimikrobiyal madde ile emdirilmiş olmalıdır. 11. Ürünün sırt yapısı oksijen alışverişine izin vermeli, ancak sıvı ve bakteri bariyer özelliğine sahip olmalıdır. 12. Tüm ekstremiteler, gövde ve eklem yerlerine tatbik edilebilmelidir. 13. Alerjiye neden olmamalıdır. 14. Drape'in sahip olduğu antiseptik/antimikrobiyal özellik, class 3 kriterlerine uygun olmalıdır.

Eczacı
Dip. No: 20
Teb.

Mehmet TUNÇ
Eczacı

Feyza Aker

SMT3924 STERİL DREP

15. Antimikrobiyal filmin, 90 dakika sonunda Staphylococcus aureus (MRSA) karşı 6.90 – 7.65 log üzerinden minimum 5 log oranında azaltma etkisi göstermeli ve laboratuvar çalışmasıyla kanıtlanmış olmalıdır.

16. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Ecz. Man. LİMİR
Diy. No: 2017
Tic. Sic. No: 40679

Mehmet TUNÇ
Eczacı

Feyza alıcı

STERİL DREP İYOTLU (İOBANLI) POŞLU TİP:

17. Poş, ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek sıvı ve kanların toplanması sağlayacak özellikte olmalıdır.
18. Poş üzerinde yer alan insizyon filmi antimikrobiyal özellikte olmalıdır.
19. İnsizyon filmi üzerinde yer alan antimikrobiyal filminin sırt yapısı polyester olmalı ve iodoform içermelidir.
20. Ürün cerrahi işlem sırasında, insizyon çevresindeki bakteri hareketini önlemeli ve gözlemlenebilir bir çalışma alanı sağlayabilmelidir.
21. Ürün içeriğinin bakteriosidal etkisi olmalı, bakterileri inaktive edebilmelidir.
22. Yapışkan tabakaya emdirilmiş olan iodoform, sürekli olarak güvenli bir iodoform salınımı sağlayarak cilt üzerindeki antimikrobiyal hareketi devam ettirmelidir.
23. Antimikrobiyal filmin sırt yapısı oksijen alışverişine izin vermeli, ancak sıvı ve bakteri bariyer özelliğine sahip olmalıdır.
24. Yapışkan kısmında bulunan iodoform, antimikrobiyal ajan olarak cilde direkt olarak temas etmelidir.
25. Ürün ciltten çıkarıldıktan sonra, ciltte atık bırakmamalıdır.
26. Antimikrobiyal filmin, 90 dakika sonunda Staphylococcus aureus (MRSA) karşı 6.90 – 7.65 log üzerinden minimum 5 log oranında azaltma etkisi göstermeli ve laboratuvar çalışmasıyla kanıtlanmış olmalıdır.
27. Isı ve ışığa karşı koruma sağlamak için kutu içerisinde yer alan ürünler alüminyum torba içerisinde olmalıdır.
28. Drape'in sahip olduğu antiseptik/antimikrobiyal özellik, class 3 kriterlerine uygun olmalıdır.

Eczine
Dip No 23173110
Tarih 11.05.2010

Mehmet TUNC
Eczacı

Feyza Akci

	<p style="text-align: center;">STERİL DREP (İOBANSIZ) TİP:</p> <p>29. Polyester ve/veya polietilen ve/ veya poliüretan filminden yapılmış 0.025 mm incelikte olmalıdır.</p> <p>30. Ciltteki bakterilere karşı fiziksel bariyer oluşturabilmeli, bakteri göçünü önlemelidir.</p> <p>31. Hava geçirgen olmalıdır.</p> <p>32. Basınca duyarlı hipoallerjik akrilat yapışkanlı olmalıdır.</p> <p>33. Uygulaması kolay olmalı ve cerrahi örtüden yırtılmadan ayrılabilmelidir.</p> <p>34. Yapışkan özelliğini uzun süre korumalı, cerrahi travma ve sıvılardan etkilenmemelidir.</p>
<p>Genel Hükümler:</p>	<p>35. İyotlu (iodoforlu) tip 'Transparan olmayan alüminyum steril poşetlerde tek tek ambalajlanmış, İyotsuz (iodoforsuz) tip steril poşetlerde tek tek ambalajlanmış olmalıdır.</p> <p>36. Ürünün ambalaj şekli ürün açılırken sterilizasyonu bozulmadan açılacak şekilde olmalı ve kullanıcılara uygulama kolaylığı sağlaması için ürünün insizyon alanına doğru şekilde yapışması ve ürün üzerinde yönlendirici işaretler bulunmalıdır.</p> <p>37. İyodoforlu tip gamma yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır, iyodoforsuz tip ise gamma veya etilen oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.</p>

Ec. No: 123456789
Diy. No: 123456789
Tel. No: 123456789

Mehmet TUNÇ

feza alıcı