

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.02.2026

Sayı: 133

Konu: 30 ADET 40 LT OKSİJEN TÜPÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.02.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 - 230 BAR 37.1 - 40.0 LT			30	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## 40 LİTRE ÇELİK OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Bu teknik şartname kapsamındaki tüpler TS EN ISO 9809-1, EN ISO 9809-2, EN ISO 9809-3 AB Standartlarından herhangi birisine uygun olarak üretilecektir..
- 2) Tüpler taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2010/35/EC Tip belgeli JPi işaretli olarak imal edilmiş olacaktır.
- 3) Tüpler TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak damgalanmalıdır.
- 4) Tüpler vanalı olacak , tüplere bağlanmış vanalar TS 10297'e uygun olacaktır .
- 5) Tüp hacmi 40 litre olmalıdır
- 6) Tüplerin işletme ve deney basınçları 150/250 Bar olmalıdır.
- 7) Tüpler standardına uygun, RAL 5002 koduna uygun renkte lacivert boyanmış olmalıdır.
- 8) Tüpler vanalı, kapaklı, boş olacaktır
- 9) Tüpler konkav tabanlı üretilmiş, kendinden ayaklı olacaktır.
- 10) Tüplerin tamamı kullanılmamış ve yeni olacaktır.
- 11) Tüp üzerinde imalatçı firma, imalat tarihi, tüp gaz cinsi, ağırlığı, tüp su hacmi ve işletme basıncı, tüp seri numarası tüp üzerine kalıcı şekilde markalanmış olmalıdır.
- 12) Tüplere ilişkin olarak, ihaleyi alan firma tüpler ile ilgili deney ve sonuçlara ait teknik dosyayı teslimatta idareye sunacaktır.

Betül SARIK  
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Ömer YILDIZ  
Elk. Tekikeri